

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 21.01.2022

**VEC: Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu**

Verejný obstarávateľ **Nemocnica Poprad a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie zo dňa 14.01.2022 pod zn. 2022/S 010-017947 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 zo dňa 16.01.2022 pod značkou 2043 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Dňa 21.01.2022 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov (ďalej len „**Žiadateľ**“) doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov podľa § 164 ods. 1 písm. b) Zákona (ďalej len „**Žiadosť o nápravu**“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou, Vám týmto v jeho mene v súlade s ustanovením § 165 ods. 3 písm. a) Zákona oznamuje, že Verejný obstarávateľ Žiadosti o nápravu v celom rozsahu

**vyhovuje.**

**V žiadosti o nápravu Žiadateľ uvádza nasledovné skutočnosti a návrh na vybavenie (cit.):**

**„Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov:**

Verejný obstarávateľ v dokumente „ Príloha B.1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky\_Časť VIII „ súťažných podkladov zverejnených dňa 14.1.2022, v časti „Parameter/časť položky“ uviedol:

\*\*\*\*\*

**Bod 2 Farebná teplotná 4500k**

\*\*\*\*\*

**Bod 6 Spotreba energie 16w**

**Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:**

**Bod 2 Farebná teplotná od 4300k**

**- Požadujeme rozšíriť tento parameter, nakoľko teplota svetla nedopadá na klinickú prax.**

*Bod 6 Spotreba energie max 30w*

*- Požadujeme zmeniť tento parameter aby sa mohlo zúčastniť viac dodávateľov."*

**Výsledok vybavenia Žiadosti o nápravu:**

Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke Žiadateľa a to tak, že požadovaný parameter uvedený pod p.č. 2 Farebná teplota upraví na hodnotu min. 3800 - max 4500 K a požadovaný parameter uvedený pod p.č. 6 Spotreba energie upravuje na hodnotu max. 30 W. Verejný obstarávateľ vykonaná zmenu súťažných podkladov, resp. Prílohy č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre časť VIII. formou samostatného úkonu.

S pozdravom,



**TATRATENDER**  
Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová  
Tatra Tender s.r.o.