



**NEUROIMUNOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v.v.i.**  
Dúbravská cesta 9  
845 10 Bratislava 45

Váš list číslo/ zo dňa  
-

Naše číslo  
37/2022

Vybavuje  
Peter Horňák

Bratislava  
13.06.2022

**Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1**

Dňa 30.05.2022 bola verejnému obstarávateľovi Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i., elektronicky prostredníctvom systému Josephine doručená žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „**Modernizácia laboratória pre vyšetrovanie humorálnej a bunkovej imunitnej odpovede**“, ktorej Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku EÚ dňa 20.05.2022 pod číslom 2022/S 098-268637 a vo Vestníku ÚVO č. 120/2022 zo dňa 23.05.2022 pod. č. 27392 – MST.

**Požiadavky na vysvetlenie sa týkali nasledovného:**

Otázka č. 1

Požadovaný minimálny výkon žltého lasera je v technickej špecifikácii uvedenej v SP -35 mW, ovšem v konečnom dôsledku nie je výkon lasera v rozsahu jednotiek mW, až tak dôležitý, ako citlivosť optiky detektora. Bude povolená nejaká tolerancia vo výkone oboma smermi, napr. ak sa prihliadne k lepšej citlivosti optiky ako je momentálne uvedená v SP.

**Odpoveď:**

***Verejný obstarávateľ upravuje spodnú hranicu na minimálny výkon 30mW. Vid' upravená príloha č. 1 k súťažným podkladom.***

Otázka č. 2

Podobne objem sheath tanku je trochu zavádzajúci - nie je možné ho nahradiť skôr parametrom aký minimálny čas je schopný sorter kontinuálne pracovať?

**Odpoveď:**

***Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku nasledovne:***

***Objem nádob pre hnaciu kvapalinu a odpad minimálne 4 litre, pre dostatočne dlhú nepretržitú prevádzku.***

S úctou

Ing. Peter Horňák  
kontaktná osoba pre VO