

- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 034-16/ 2019

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk


Bratislava
04. 03. 2019

Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov 9 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9/034-03/2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 027-059615 zo 07.02.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 28/2019 z 08.02.2019 pod zn. 3857-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ v častiach:

Časť XXII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky 1

Časť XXIII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky 2

požaduje prípravky na báze glutaraldehydu (časť č. XXII) a kyseliny peroxyoctovej (časť č. XXIII).

Obecne platí, že prípravky na báze aldehydov **nie sú** na silne znečistené inštrumentárium (nástroje) vhodné, naopak platí, že prípravky na báze amínov majú veľmi dobré čistiace vlastnosti a sú vhodnejšou alternatívou.

Chceme podotknúť, že na súčasnom trhu dezinfekčných prípravkov sa prípravky na báze amínov používajú v nižších koncentráciách, ako prípravky na báze aldehydov z čoho vystáva predpokladať, že i cena pracovných roztok bude nižšia.

Samozrejme zostáva zachovaná požiadavka na účinnosť, ktorú verejný obstarávateľ požaduje a dané prípravky ju plne spĺňajú.

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o prehodnotenie požadovaného, **u časti XXII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky 1** nakoľko z dostupných zdrojov je známe, že verejný obstarávateľ momentálne používa pomerne značné množstvo dezinfekčných prostriedkov na nástroje na báze amínov, ktoré v tejto verejnej súťaži vôbec nepožaduje.

Pripustí verejný obstarávateľ, aby uchádzači v časti **XXII. Dezinfekčný a čistiaci prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky 1**, ponúkli prípravok na báze glutaraldehydu (bez obsahu formaldehydu) alebo amínu (bez obsahu KAS)? Samozrejme so zachovaním ostatných požadovaných parametrov.

Neuvažuje verejný obstarávateľ o vytvorení aj tejto časti?:

Odpoveď:

Nepripustí a neuvažuje.

Verejný obstarávateľ na pôvodnom zadání trvá.