



Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.

P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice



• **BMT, s.r.o.** •

Pod Párovcami 7271/165

Piešťany 921 01

•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

VZ/20878/OVO/2022

Vybavuje/☎

Ing. Juraj Barbarič

055/789 1628

Košice

14.09.2022

Vec:

Oznámenie o vylúčení z verejného obstarávania

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ, ktorý vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 172/2022 zo dňa 11.08.2022 pod ozn. 36987-WYT podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je:

„Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehýdový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu“

Vám podľa § 53 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že Vaša ponuka bola podľa § 53 ods. 5 písm. b) a zároveň písm. d) zákona o verejnom obstarávaní **v y l ú č e n á** z ďalšieho procesu verejného obstarávania.

Dôvod vylúčenia:

Dôvodom vylúčenia ponuky je skutočnosť, že uchádzač BMT, s.r.o., Pod Párovcami 7271/165, Piešťany 921 01 (ďalej len ako „uchádzač BMT, s.r.o.“) podľa § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nepreukázal verejnemu obstarávateľovi splnenie technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky bodu 6 Ostatné požiadavky na predmet zákazky a doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky uvedené sa týka nasledovných požiadaviek:

6.1 **Vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky** týchto SP, v ktorej uchádzač uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu). Uchádzač uvedie informáciu, kde sa parametre ním ponúkaného produktu nachádzajú v priloženom prospektovom materiály (resp. inom predloženom doklade, napr. číslo strany) pre účely overenia správnosti uchádzačom uvedených údajov. Z vyplnenej Prílohy č. 5 týchto SP musí jednoznačne vyplývať, že všetky ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položky predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky“.

e-mail: jbarbaric@vussh.sk

tel.: 055/789 1628

IČO: 36601284

IČ DPH: SK2022108704

Bank. spojenie: 0445952274/0900

6.2 Ponúkaný produkt pre položku č.1 a položku č.2 musí spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“.

6.4 Neoverenú kópiu Potvrdenia ŠÚKL pre položku č.1 a položku č.2 (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie ŠÚKL“.

Verejný obstarávateľ zaslal (dňa 31.08.2022) uchádzačovi BMT, s.r.o. podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní žiadosť o vysvetlenie a doplnenie dokladov.

Predmetná žiadosť sa týkala nasledovného:

1.

Uvedené sa týka bodu 13.6 súťažných podkladov, podľa ktorého verejný obstarávateľ požadoval, aby elektronicky predložená ponuka obsahovala:

- **Vyplnenú a uchádzačom podpísanú Prílohu č. 5 - „Špecifikácia predmetu zákazky“** týchto SP (ďalej len „Príloha č. 5“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Špecifikácia predmetu zákazky“.

Uvedené sa týka aj časti C. Opis predmetu zákazky, bod 6.1 súťažných podkladov, podľa ktorého verejný obstarávateľ požadoval, aby elektronicky predložená ponuka obsahovala:

- **Vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky** týchto SP, v ktorej uchádzač uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu). Uchádzač uvedie informáciu, kde sa parametre ním ponúkaného produktu nachádzajú v priloženom prospektovom materiály (resp. inom predloženom doklade, napr. číslo strany) pre účely overenia správnosti uchádzačom uvedených údajov. Z vyplnenej Prílohy č. 5 týchto SP musí jednoznačne vyplynúť, že všetky ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položky predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky“.

Uvedené sa týka aj časti C. Opis predmetu zákazky, bod 6.3 súťažných podkladov, podľa ktorého verejný obstarávateľ požadoval, aby elektronicky predložená ponuka obsahovala:

- **Prospektový materiál** pre položku č.1 a položku č.2 (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „prospektový materiál“.



Otázka č.1.1

Vo Vašej ponuke ste predložili Prílohu č. 5 - „Špecifikácia predmetu zákazky“.

V položke č.2 v bode č.12 verejný obstarávateľ požadoval splnenie požiadavky „pre plynovú sterilizáciu sa používa vysoká koncentrácia roztoku formalínu - čo umožňuje veľmi krátke procesy plynovej sterilizácie, napr. čas procesu pri 55 °C do 4 hod., pri 65 °C max. 2,5 hodiny a pri 80 °C max. 2 hodiny“, pričom v stĺpci „Požadovaná hodnota“ ste uviedli „nesplňam“ a v stĺpci „Ponúkaná hodnota“ ste uviedli Vami ponúkanú hodnotu.

Otázka č.1.2

Vo Vašej ponuke ste predložili Prílohu č. 5 - „Špecifikácia predmetu zákazky“.

V položke č.2 v bode č.15 verejný obstarávateľ požadoval splnenie požiadavky „riadiaca jednotka má byť vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie. Jednotka navrhnutá aj pre ochranu voči elektromagnetickému rušeniu v zmysle EMC nariadenia 92/31/EEC. Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automaticky - s jasným zobrazením stavu na ovládacom paneli - s podporou kompletného setu funkcií alarmu. Zariadenie pre uľahčenie procesu validácie je vybavené nadriadenou riadiacou jednotkou s vlastnými snímačmi pre dvojitú bezpečnosť reprodukovateľnosti procesov.“, pričom v stĺpci „Požadovaná hodnota“ ste uviedli „nesplňam“ a v stĺpci „Ponúkaná hodnota“ ste uviedli Vami ponúkanú hodnotu.

Otázka č.1.3

Vo Vašej ponuke ste predložili Prílohu č. 5 - „Špecifikácia predmetu zákazky“.

V položke č.2 v bode č.25 verejný obstarávateľ požadoval splnenie požiadavky „36-38% roztok Formalínu dodávaný v hermeticky uzatvorených plastových jednorazových fľašiach“, pričom v stĺpci „Požadovaná hodnota“ ste uviedli „nesplňam“ a v stĺpci „Ponúkaná hodnota“ ste uviedli Vami ponúkanú hodnotu.

Otázka č.1.4

Vo Vašej ponuke ste predložili Prílohu č. 5 - „Špecifikácia predmetu zákazky“.

V položke č.2 v bode č.20 verejný obstarávateľ požadoval splnenie požiadavky „voliteľná možnosť vyhodnotenia spotreby pracovných médií za každý proces - údaje o skutočnej spotrebe pracovných médií na zázname z každého procesu“, pričom v stĺpci „Požadovaná hodnota“ ste uviedli „nesplňam“ a v stĺpci „Ponúkaná hodnota“ ste uviedli Vami ponúkanú hodnotu.

2.

Uvedené sa týka časti C. Opis predmetu zákazky, bod 6.2 súťažných podkladov, podľa ktorého verejný obstarávateľ požadoval, aby elektronicky predložená ponuka obsahovala:

- **Ponúkaný produkt pre položku č.1 a položku č.2 musí spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“.**

Vo Vašej ponuke, pre položku č.2, ste predložili doklad „EC CERTIFIKÁT (EC CERTIFICATE)“.

Nakoľko verejnemu obstarávateľovi po preskúmaní dokladu jednoznačne nevyplýva, že sa jedná o doklad, prostredníctvom ktorého uchádzač preukazuje, že ponúkaný produkt VS 6/2 F E spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahuje v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, týmto Vás žiadame o vysvetlenie danej skutočnosti.

3.

Uvedené sa týka časti C. Opis predmetu zákazky, bod 6.4 súťažných podkladov, podľa ktorého verejný obstarávateľ požadoval, aby elektronicky predložená ponuka obsahovala:

- **Neoverenú kópiu Potvrdenia ŠÚKL pre položku č.1 a položku č.2** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie ŠUKL“.

Vo Vašej ponuke (22.08.2022), pre položku č.2, ste predložili doklad „Sprievodný list“, prostredníctvom ktorého ste odovzdali Št. ústavu pre kontrolu liečiv dokumentáciu k zaregistrovaniu zdravotníckej pomôcky Kombinovaný parný/formaldehydový sterilizátor VS F (22.08.2022).

Nakoľko verejný obstarávateľ požadoval výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, teda aby bola zdravotnícka pomôcka registrovaná, týmto Vás žiada o vysvetlenie danej skutočnosti.

4.

Uvedené sa týka časti C. Opis predmetu zákazky, bod 6.4 súťažných podkladov, podľa ktorého verejný obstarávateľ požadoval, aby elektronicky predložená ponuka obsahovala:

- **Potvrdenie o autorizovanom servise** vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie o autorizovanom servise“.

Vo Vašej ponuke ste predložili doklad „Vyhlásenie“, vystavené spoločnosťou BMT Medical Technology s.r.o., ktorá v doklade vyhlásila, že uchádzač BMT, s.r.o. je výhradným, autorizovaným predajcom výrobkov a servisným strediskom na vykonávanie záručného a pozáručného servisu.

Nakoľko z textu vyššie uvedeného dokladu verejnemu obstarávateľovi vyplýva, že doklad “Vyhlásenie” sa vzťahuje iba na položku č.1, týmto Vás verejný obstarávateľ žiada o vysvetlenie kde v ponuke sa nachádza informácia/potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu) pre položku č.2.

Uchádzač BMT, s.r.o. doručil verejnemu obstarávateľovi odpoveď na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie dokladov dňa 02.09.2022.

Komisia verejného obstarávateľa jasne identifikovala nesplnenie technickej špecifikácie a požiadaviek na predmet zákazky stanovených v súťažných podkladoch. Uchádzač BMT, s.r.o. doručeným



Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.



P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice

vysvetlením ponuky nepreukázal verejnému obstarávateľovi splnenie minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt predmetu zákazky a zároveň ostatných požiadaviek na predmet zákazky a dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky uvedených v žiadosti o vysvetlenie ponuky. Uchádzač zároveň okrem iného v odpovedi uviedol: „*Na základe Vašej požiadavky na vysokú koncentráciu formalínu (36-38%), ktorú my nespĺňame sme sa rozhodli, že odstupujeme od účasti vo verejnom obstarávaní na dodanie parného a kombinovaného sterilizátora.*“.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ Vašu ponuku z ďalšieho procesu verejného obstarávania vylúčil.

Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že prípadná podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) smerovaná proti vylúčeniu musí byť doručená podľa § 170 ods. 4 písm. d) úradu a kontrolovanému najneskôr do desiatich dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia o vylúčení z verejného obstarávania.

Za účasť vo vyhlásenom verejnom obstarávaní ďakujeme.

MUDr. Štefan Lukačín PhD.
generálny riaditeľ

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.