

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 24.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Lôžka“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Lôžka“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 20.5. 2019 pod č. 2019/S 096 – 231531 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 pod č. MST- 13194.

Otázka č. 1

.... v súťažných podkladoch v Technickej špecifikácii – príloha 1 sú uvedené parametre pri položke č. 4 – Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integ. váhami, later. náklon:

- bod 45 - Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. IV stupnica Norton a
- zároveň bod 47 Vonkajšie rozmery: Výška matraca min. 20 cm.

Je možné navýšiť parametre:

- nosnosť na 250 kg namiesto požadovaných 180 kg?
- rozšíriť škálu predstavených programov, alarmov a rezistenčných parametrov ako je požadované?
- Bude akceptovať verejný obstarávateľ výšku matraca 16 cm? (uvedená výška matraca predpokladá nižšiu hmotnosť matraca, jednoduchšiu manipulovateľnosť a lepšie rozloženie tlakových síl). Výška matraca pri splnení a prevýšení všetkých požadovaných parametrov nedáva zmysel z hľadiska funkčnosti ani z hľadiska zdravotníckeho.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať toto riešenie matraca s výškou 16 cm za predpokladu, že bude splnené všetky technologické, funkčné i zdravotnícke parametre?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby, finančné možnosti a princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zohľadňujúc svoje potreby stanovil techn. požiadavky na matrace a lôžka vzhľadom na účel použitia nemocničných lôžok a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Verejný obstarávateľ preto trvá na pôvodne zadaných parametroch. Pôvodná výška matraca 20cm zabezpečí lepší komfort pre kriticky chorého pacienta, vytvára optimálnu oporu pre časti tela, má lepšie rozloženie hmotnosti tela. Z funkčného hľadiska poskytuje lepšiu antidekubitárnu ochranu, ventiláciu a odvod vlhkosti, lepšie izolačné vlastnosti a v neposlednom rade dlhšiu životnosť matrace.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania