



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN  
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-3225/OVO-1314/22/Je

v Martine, dňa:  
22. 09.2022

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Resuscitačný stolík - 2 ks“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“

Vážený záujemca,

na základe žiadostí záujemcov o vysvetlenie informácií na predmet zákazky „Resuscitačný stolík – 2 ks“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM – zdravotnícke vybavenie“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 11.03.2022 pod číslom 2022/S 050-127341 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2022 zo dňa 14.03.2022 pod označením 16347-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

1. V bode 1. požaduje verejný obstarávateľ „rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 740x540x900, max. 760x600x1070“. Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 740x540x900, max. 780x600x1070“? Tým by verejný obstarávateľ umožnil zúčastniť sa súťaže viacerým záujemcom.

**Otázka č. 2:**

Prosím o vyjadrenie, či bude obstarávateľ akceptovať veľkosť stola bez príslušenstva (šxhxv) v mm: min. 720x540x900, max. 760x620x1080

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať v bode 1. „rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 720x540x900, max. 780x620x1080“.

**Otázka č. 3**

V bode 4. Verejný obstarávateľ požaduje nerezovú základnú konštrukciu stola. Prosím o vyjadrenie, či bude obstarávateľ akceptovať navrhovanú hodnotu parametra: nerezová základná konštrukcia stola alebo epoxidom potiahnutá nerezová oceľ.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať v bode 4. „nerezovú základnú konštrukciu stolíka, resp. epoxidom potiahnutú nerezovú oceľ“.

V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 1. minimálnych technicko-medických parametrov nasledovne: „1. rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 720x540x900, max. 780x620x1080" a znenie bodu 4. minimálnych technicko-medických parametrov nasledovne: „4. nerezová základná konštrukcia stolíka, resp. epoxidom potiahnutá nerezová oceľ“.

Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **05.10.2022 do 10,00 hod.** Otváranie ponúk sa uskutoční 05.10.2022 o 14,00 hod.

S pozdravom



MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA  
riaditeľ UNM

Univerzitná nemocnica Martin  
Kollárova 2, 036 59 Martin  
-52-

Príloha: Opis predmetu zákazky - upravený

**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie resuscitačných stolíkov, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantáčnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Resuscitačný stolík – 2 ks

**Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:**

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

<b>Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):</b>
1. rozmer stolíka bez príslušenstva (ŠxHxV) v mm: min. 720x540x900, max. 780x620x1080	
2. nosnosť hlavnej pracovnej dosky min. 20 kg	
3. celková nosnosť stolíka min. 150 kg	
4. nerezová základná konštrukcia stolíka, epoxidom potiahnutá nerezová oceľ	
5. pracovná doska stolíka s prelisom min. 1,2 cm, alebo galéria (trojstranná ohrádka) s výškou cca 2 cm ± 10 %	
6. 4-5 ks zásuviek stolíka	
7. centrálné zamykanie zásuviek	
8. čelá zásuviek s madlami alebo s vlisovanými rukoväťami	
9. min. 3 rôzne výšky zásuviek	
10. tlačné madlo / úchyty / rukoväť z bočnej strany stolíka	
11. kolieska otočné s priemerom min. 125 mm, možnosť zabrzdzenia stolíka	
12. zásuvková lišta, min. 3x 220 V, prívod min. 1,5 m	
13. minimálne príslušenstvo k stolíku:	
13.1. výklopné boxy nad pracovnou doskou min. 9 ks na uloženie drobného zdravotníckeho materiálu	
13.2. držiak rukavíc	
13.3. sklopný alebo výsuvný stolík na predĺženie pracovnej dosky z nerezu alebo plastu	
13.4. držiak defibrilátora – otočný, s upínacími popruhmi, nerezový, resp. vyrobený z plexiskla	
13.5. otvárač ampúl	
13.6. nádoba na infekčný odpad na bočnej strane stolíka otvárateľná bez použitia rúk	
13.7. držiak kontajnera na použité ihly na rôzne priemery	
13.8. držiak na kyslíkovú fľašu s objemom 2 litre s upínacími popruhmi	
13.9. resuscitačná podložka ako odnímateľná súčasť stolíka	