



V Trenčíne, dňa 3.10.2022

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Ultrazvukový prístroj pre neonatologickú kliniku
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 02.09.2022, pod č. 2022/S 169-476544 a vo Vestníku VO č. 194/2022 dňa 05.09.2022 pod sp.zn.č. 39882-MST

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 3-1

1. V technickej špecifikácii v časti Sondy požadujete: Kardiologická sonda určená pre novorodencov so šírkou aktívnej plochy max. 10 mm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať kardiologickú sondu so šírkou aktívnej plochy 13 mm?

Odpoveď 3-1:

Verejný obstarávateľ súhlasí s úpravou. Nové znenie technického parametra znie: „Kardiologická sonda určená pre novorodencov so šírkou aktívnej plochy max. 13 mm“.

Otázka 3-2

2. V technickej špecifikácii v časti Medicínsko-technická charakteristika požadujete: Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku 0,5 - 20 mm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s veľkosťou vzorky merania rýchlosti toku 0,5 - 16 mm?

Odpoveď 3-2:

Verejný obstarávateľ súhlasí s úpravou. Nové znenie technického parametra a hodnoty technického parametra znie: „Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku- min. 0,5 až 16 mm“.

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa