

časť 1 – Videogastroskopická zostava

VIDEOGASTROSKOP DVOJKANÁLOVÝ

1. Parameter „pracovná dĺžka“ Požadovaná hodnota je: „1000 - 1050 mm“ Obmedzenie maximálnej dĺžky endoskopu nemá praktické opodstatnenie pri výkonoch. Diskriminuje niektorých výrobcov videogastroskopov. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s väčšou dĺžkou endoskopu? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „min. 1000 mm“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

VIDEOGASTROSKOP

2. Parameter „spôsob snímania“ Požadovaná hodnota je: „farebný CCD čip“ Parameter v tomto znení vylučuje produkty s modernejším CMOS farebným čipom. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s CMOS farebným čipom? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „farebný CCD / CMOS čip“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

3. Parameter „pracovná dĺžka“

Požadovaná hodnota je: „1000 - 1050 mm“ Obmedzenie maximálnej dĺžky endoskopu nemá praktické opodstatnenie pri výkonoch. Vylučuje niektorých výrobcov videogastroskopov. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s väčšou dĺžkou endoskopu? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „min. 1000 mm“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

SVETELNÝ ZDROJ

4. Parameter „xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W“ Požadovaná hodnota je: „áno“ Požadovaný parameter vylučuje možnosť využitia technológie LED, ktorá je úspornejšia k životnému prostrediu a má niekoľkonásobne dlhšiu trvácnosť (nie je nutná pravidelná výmena výbojky). Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s technológiou LED? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W alebo LED“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

Časť 2 - Videokolonoskopická zostava

VIDEOKOLONOSKOP 2ks

1. Parameter „spôsob snímania“ Požadovaná hodnota je: „farebný CCD čip“ Parameter v tomto znení vylučuje produkty s modernejším CMOS farebným čipom. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s CMOS farebným čipom? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „farebný CCD / CMOS čip“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

2. Parameter „vonkajší priemer zavádzacieho tubusu“

Požadovaná hodnota je: „12,8 – 13,2 mm“

Obmedzenie minimálneho vonkajšieho priemeru zavádzacieho tubusu endoskopu pri súčasnom dodržaní nastavených parametrov minimálneho priemeru pracovného kanála, nemá praktické opodstatnenie pri výkonoch. Menší vonkajší priemer zavádzacieho tubusu žiadnym spôsobom neobmedzuje obsluhujúceho lekára pri výkone a pre pacienta je príjemnejší. Takto nastavený parameter diskriminuje niektorých výrobcov videokolonoskopov. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s menším vonkajším priemerom zavádzacieho tubusu? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „max. 13,2 mm“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

SVETELNÝ ZDROJ

3. Parameter „xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W“ Požadovaná hodnota je: „áno“ Požadovaný parameter vylučuje možnosť využitia technológie LED, ktorá je úspornejšia k životnému prostrediu a má niekoľkonásobne dlhšiu trvácnosť (nie je nutná pravidelná výmena výbojky). Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s technológiou LED ? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W alebo LED“.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

Časť 3 - Kolonoskopy s príslušenstvom

VIDEOKOLONOSKOP 2ks

1. Parameter „spôsob snímania“ Požadovaná hodnota je: „farebný CCD čip“ Parameter v tomto znení vylučuje produkty s modernejším CMOS farebným čipom. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s CMOS farebným čipom? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „farebný CCD / CMOS čip“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

2. Parameter „vonkajší priemer zavádzacieho tubusu“ Požadovaná hodnota je: „12,8 – 13,2 mm“ Obmedzenie minimálneho vonkajšieho priemeru zavádzacieho tubusu endoskopu pri súčasnom dodržaní nastavených parametrov minimálneho priemeru pracovného kanála, nemá praktické opodstatnenie pri výkonoch. Menší vonkajší priemer zavádzacieho tubusu žiadnym spôsobom neobmedzuje obsluhujúceho lekára pri výkone a pre pacienta je príjemnejší. Takto nastavený parameter diskriminuje niektorých výrobcov videokolonoskopov. Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s menším vonkajším priemerom zavádzacieho tubusu? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „max. 13,2 mm“

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.

SVETELNÝ ZDROJ

3. Parameter „xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W“ Požadovaná hodnota je: „áno“ Požadovaný parameter vylučuje možnosť využitia technológie LED, ktorá je úspornejšia k životnému prostrediu a má niekoľkonásobne dlhšiu trvácnosť (nie je nutná pravidelná výmena výbojky). Bude obstarávateľ akceptovať ponuku s technológiou LED ? Navrhujeme upraviť tento parameter na: „xenónová výbojka s výkonom minimálne 300W alebo LED“.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na uvedenej požiadavke. Vo všeobecnosti platí, že určenie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa s ohľadom na jeho potreby a pri dodržaní princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky v závislosti od konkrétnej situácie a svojich špecifických potrieb, tak aby spĺňal ním určený účel.