

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov) – II. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 096-231530 zo dňa 20.5.2019 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 značka 13195 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 1: CT prístroj

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje v špecifikácii predmetu zákazky v časti č. 1. CT v položke 6. – Rozsah náklonu gantry min. $\pm 30^\circ$. Verejný obstarávateľ okrem iného požaduje aj možnosť priamej rekonštrukcie sagitálnych, koronárnych, zakrivených a dvojito zakrivených obrazov z nespracovaných CT údajov ako súčasť CT protokolu (položka 36.). Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie CT prístroja, ktorého rozsah náklonu gantry je -24° až $+30^\circ$, keďže prístroj disponujúci takouto softvérovou výbavou (podľa položky 36.), umožňuje nastaviť požadované roviny zobrazovania dokonca aj bez nutnosti náklonu gantry?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v priebehu prípravy verejného obstarávania pristupoval k určeniu opisu predmetu zákazky zodpovedne s ohľadom na svoje potreby, finančné možnosti a princípy verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nesúhlasí so zmenou parametra náklonu gantry vzhľadom na vyšetrenia, u ktorých nie je možné nahradiť náklon gantry postprocesingovou úpravou naskenovaných dát (napr. pri vyšetreniach hlavy, kde je nutný náklon na minimalizovanie ožiarenia šošoviek alebo pri optimalizácii rozsahu artefaktov zo zubných výplní) a taktiež v súvislosti s dodržiavaním štandardných postupov pri lekárskom ožiení s cieľom šetriť zdravie pacienta nižšou dávkou (najmä vyhnúť sa dávke v rizikových oblastiach predovšetkým u pacientov s limitovanou spoluprácou).

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje v špecifikácii predmetu zákazky v časti č. 1. CT v položke 9. – Skutočný alebo ekvivalentný výkon RTG generátora min. 80 kW. Modernými metódami iteratívnych rekonštrukcií, ktoré požaduje aj verejný obstarávateľ, ako aj modernými typmi detektorov je možné znižovať radiačnú záťaž pacienta, a teda aj výkon RTG žiariča a generátora. Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie CT prístroja, ktorý disponuje iteratívnymi rekonštrukciami a moderným typom detektora, s ktorým aj pri výkone generátora 72kW je možné dosahovať kvalitnú diagnostiku na požadovanej úrovni?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Vzhľadom na skladbu pacientov a stúpajúci počet vyšetrení extrémne obéznych a imobilných pacientov, verejný obstarávateľ trvá na dodržaní parametra výkonu generátora minimálne 80 kW bez ohľadu na fakt, či sa jedná o výkon ekvivalentný alebo skutočný.

Otázka č. 3:

Verejný obstarávateľ požaduje v špecifikácii predmetu zákazky v časti č. 1. CT v položke 57. – Nožný spínač pre kontrolu pohybu vyšetrovacieho stola (dovnútra a von) a vertikálny a horizontálny pohyb.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie CT prístroja, bez nožného spínača, za to však s možnosťou ovládania všetkých pohybov stola moderným typom dotykových panelov, ktoré sú umiestnené na obidvoch stranách gantry a umožňujú prispôbiť tok pracovných činností a ovládanie prístroja tak, že personál môže ovládať prístroj a jeho základné funkcie priamo na CT prístroji bez nutnosti ovládania na konzole v ovladovni, kde ušetrený čas môže venovať lepšej starostlivosti o pacienta?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia, a preto bude akceptovať možnosť ovládania všetkých pohybov stola dotykovými panelmi, ktoré sú umiestnené na obidvoch stranách gantry. Zároveň verejný obstarávateľ upravuje požiadavku č. 57: „*Ovládanie pre kontrolu pohybu vyšetrovacieho stola (dovnútra a von) a vertikálny a horizontálny pohyb*“.

Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky.

Pre časť č. 2: USG prenosné

Otázka č. 4:

V technickej špecifikácii v bode 13.6 pre USG prenosné sa uvádza:

„Aplikačné SW: min.(abdominálny, prsníkový, cievny v diferenciácii na venózne, arteriálny a karotídy, na štítnu žľazu, muskuloskeletálny) Pri výbere USG prenosné, kde sa požaduje SW pre karotídy, je predpoklad, že sa budú vyšetrovať aj iné atribúty v kardio oblasti.“

Požaduje verejný obstarávateľ v rámci dodávky aj kardiologický SW s TDI, PI, RI, EP, TAMx, TAMn, S/D pomer a zobrazenie spektra rýchlosti?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ prehodnotil na základe otázky od záujemcu svoju technickú špecifikáciu a upresňuje požiadavku 13.6. nasledovne: „Aplikačné SW: min.(kardiologický - TDI, PI, RI, EP, TAMx, TAMn, S/D pomer, zobrazovanie spektra rýchlosti, cievny v diferenciácii na venózne, arteriálny a karotídy ,abdominálny, prsníkový, nervový, povrchové časti, na štítnu žľazu, muskuloskeletálny)“,

a v tomto kontexte upresňuje aj požiadavky na sondy:

14.1. „1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev, nervov a jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid“

14.2. „1 ks Konvexná sonda, určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, muskuloskelet, nervy, chrbtica, multifrekvenčná“

Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 1 CT prístroj** a pre **časť 2 USG prenosné** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ vykonáva uvedenú zmenu dostatočne včas, a preto nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO