

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 27. júna 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)** – III. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 096-231530 zo dňa 20.5.2019 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 značka 13195 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 1: CT prístroj

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ pre predmet časti č. 1 zákazky - CT prístroj 128 slice požaduje príslušenstvo 58. UPS záložný zdroj pre stanicu operátora a 59. UPS záložný zdroj pre stanicu lekára. Mohol by verejný obstarávateľ uviesť, v akej vzdialenosti budú umiestnené stanica operátora a stanica lekára od záložných zdrojov? Požaduje verejný obstarávateľ samostatný záložný zdroj pre stanicu operátora a samostatný pre stanicu lekára?

Odpoveď:

Tak ako je uvedené v technickej špecifikácii CT prístroja, verejný obstarávateľ požaduje samostatný UPS záložný zdroj pre stanicu operátora a samostatný UPS záložný zdroj pre stanicu lekára. Presnú vzdialenosť UPS záložných zdrojov od staníc verejný obstarávateľ nebude určovať, keďže takáto požiadavka by nemala žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia. Verejný obstarávateľ verí, že dodávateľ plniaci zmluvu s odbornou starostlivosťou a uvedomujúci si cieľ nákupu, ktorým je zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v okresnej nemocnici, neumiestni UPS záložné zdroje tak, aby bránili poskytovaniu výkonov alebo boli prekážkou v štandardných komunikačných líniiach / cestách.

Verejný obstarávateľ obdržal danú otázku dňa 26.6.2019 v poobedňajších hodinách, pričom odpoveď na ňu zverejnil bezodkladne, hneď po overení priestorových možností nemocnice. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ len potvrdzuje v špecifikácii uvedené informácie / požiadavky a otázka záujemcu nebola doručená včas (tj. v čase, ktorý by umožňoval verejnému obstarávateľovi na ňu reagovať najneskôr 6 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk), **verejný obstarávateľ sledujúc cieľ modernizácie nemocnice nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.**

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO