

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 1. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)** – IV. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 096-231530 zo dňa 20.5.2019 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 značka 13195 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 5: Mobilný digitálny RTG prístroj

Otázka č. 1:

Pri predmete obstarávania " Mobilný digitálny rtg. prístroj" nie je definovaný typ scintilátora. Bez tejto podmienky bude ponúknutý lacnejší GOS scintilátor. Ten vyžaduje k nasýteniu väčšiu expozičnú hodnotu. Je obstarávateľ stotožnený s informáciou, že tento detektor skôr nespĺní referenčné expozičné hodnoty a bude musieť byť vymenený?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a pre vylúčenie pochybností došpecifikuje typ detektora.

Súčasne verejný obstarávateľ overil požiadavky na detektor vo vzťahu k požiadavkám uvedeným vo Vyhláške č.101/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania, najmä požiadavky uvedené v Prílohe č. 6 Vyhlášky „ROZSAH PREBERACEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY DLHODOBEJ STABILITY ZARIADENÍ NA LEKÁRSKE OŽIARENIE A ICH PRÍSLUŠENSTVA, NAJvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne“). Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu aj v bode 17.2.4. pre danú časť predmetu zákazky.

Pre časť č. 6: Mobilný RTG prístroj s C - ramenom

Otázka č. 2:

Požadujete funkciu DICOM Print. Jedná sa o starší typ výstupu obrazu, ktorý sa už nikde nepoužíva. Je možné ho doplniť za príplatok. Nie je vhodnejšie, odstúpiť od tejto podmienky, prípadne za tieto prostriedky nakúpiť praktickejšie funkcie, ako napr. nožný programovateľný pedál s WIFI pripojením alebo externé výstupy pre veľkoplošné obrazovky inštalované na operačnej sále?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s jeho potrebami a finančnými možnosťami. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ využíva predmetnú funkcionálnu, tak trvá na jej dodaní.

Súčasne verejný obstarávateľ overil požiadavky na detektor vo vzťahu k požiadavkám uvedeným vo Vyhláške č.101/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania, najmä požiadavky uvedené v Prílohe č. 6 Vyhlášky „ROZSAH PREBERACEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY DLHODOBEJ STABILITY ZARIADENÍ NA LEKÁRSKE OŽIARENIE A ICH PRÍSLUŠENSTVA, NAJvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne“).

ÚROVNE“). V rámci dôkladného posúdenia dopytovaných techn. požiadaviek na základe doručených otázok od záujemcov a zohľadňujúc požiadavky súvisiacich právnych predpisov, upravuje technickú špecifikáciu predmetu zákazky k časti č. 6 Mobilný RTG prístroj s C – ramenom bod 17.2. nasledovne: „**Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste minimálne 3,5 Lp/mm**“

Verejný obstarávateľ v tomto kontexte upraví techn. špecifikáciu pre danú časť predmetu zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 5 Mobilný digitálny RTG prístroj a časť 6 Mobilný RTG prístroj s C – ramenom** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za podstatné, a preto primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO