

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 11. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov) – IIV. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 096-231530 zo dňa 20.5.2019 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 značka 13195 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 2: USG prenosné

Otázka č. 1:

V technickej špecifikácii v bode 14.2. pre USG prenosné sa uvádza:

„1 ks Konvexná sonda, určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, muskuloskelet, nervy, chrbtica, multifrekvenčná”

V klinickej praxi sa na muskuloskeletálne vyšetrenia alebo vyšetrenia chrbtice používa väčšinou lineárna sonda, ktorá je uvedená v bode 14.1. technickej špecifikácie. Sme presvedčení, že kvalita obrazu je oveľa vyššia na lineárnej sonde ako na konvexnej sonde pri tomto type vyšetrení a je veľmi neobvyklé používať konvexnú sondu pri týchto vyšetreniach. Chceme požiadať verejného obstarávateľa o prehodnotenie tejto požiadavky a presunutie požiadavky na muskuloskeletálne vyšetrenia a vyšetrenia chrbtice do bodu 14.1. pre lineárnu sondu.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po preskúmaní a prehodnotení požiadavky záujemcu súhlasí s presunutím požiadavky na muskuloskeletálne vyšetrenia a vyšetrenia chrbtice do bodu 14.1. pre lineárnu sondu. Na základe toho upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

Položka 14.1.: 1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev, nervov, jemných tkanív, muskuloskelet, chrbtica multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid.

Položka 14.2: 1 ks Konvexná sonda, určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravená špecifikácia predmetu zákazky pre **časť 2 USG prenosné** samostatne zverejnené v časti *Dokumenty* v záväznej pdf verzii s vyznačenými vykonanými zmenami aj v editovateľnej verzii pre účely vyplňania k predloženiu ponuky.

Verejný obstarávateľ považuje tieto zmeny za podstatné, a preto primerane predložil lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO