

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 16. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)** – VI. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 096-231530 zo dňa 20.5.2019 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 značka 13195 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 5 Mobilný RTG prístroj

Otázka č. 1:

„11. Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-200) cm väčší rozsah vzdialeností je prípustný, ale rozsah min. (73-200) cm musí byť zachovaný.“

Trváte na tejto nepodstatnej podmienke?

Ak by sa dodal prístroj s takýmto rozsahom pohybu ramena, bude jeho základná výška so statívom cca 200 cm. Prístroj splní požadované podmienky, ale prístroj nebude možné previesť cez štandardné dvere. Rozsah 73-200 cm je zvyčajne nad rozsah potreby snímkovania v praxi. Výška lôžka je zvyčajne štandardne max. okolo 60 cm nad podlahou (v tejto úrovni je zvyčajne umiestnený detektor) a ohnisková vzdialenosť rentgenky je zvyčajne 100 cm od detektora. Tak je usporiadaná i konštrukcia kolimátora a nie je možné otvoriť clony neobmedzene. Navrhujeme zmeniť rozsah pohybu ohniska vo vertikálnom smere na 70-180 cm.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej žiadosti o zmenu technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a upravuje rozsah pohybu ohniska vo vertikálnom smere na 73 – 180 cm. V tomto kontexte upraví technickú špecifikáciu v danom bode.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO