

Všetkým zájemcom

V Bratislave, dňa 26. júla 2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov) – VII. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia (NsP Trebišov)**, zverejnenej v Úradnom vestníku verejného obstarávania EÚ č. 2019/S 096-231530 zo dňa 20.5.2019 a vo vestníku UVO č. 100/2019 zo dňa 21.5.2019 značka 13195 - MST, tak ako je uvedené nižšie.

Pre časť č. 5: Mobilný digitálny RTG prístroj

Otázka č. 1:

p. č. 17.2.2. „Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 340 x min.400 mm“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia s dodaním detektora s aktívnou plochou rozdielnou o 1 mm pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností? Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví opis predmetu zákazky pre danú časť nasledovne:

17.2.2 Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm

Verejný obstarávateľ súčasne s týmto vysvetlením zverejňuje upravené opisy predmetov zakaziek pre dané časti. Vzhľadom k tomu, že otázka záujemcu neprišla včas a verejný obstarávateľ na ňu odpovedá bezodkladne (nasledujúcu pracovný deň hneď po overení odpovede), verejný obstarávateľ už nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

V. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO