

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejný obstarávateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 837 52 Bratislava IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“)
Predmet zákazky:	„Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“.
Postup zadávania zákazky:	nadlimitná zákazka zadávaná podľa § 66 ods. 1 ZVO
Uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 30.09.2022 pod číslom 2022/S 189-532067 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2022 dňa 03.10.2022 pod značkou 42263-MST

V zmysle rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 13043-6000/2023-OD zo dňa 20.10.2023 a Informácii o nezačatí konania o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu č. 16098-9000/2023 zo dňa 19.12.2023 pristúpil verejný obstarávateľ opätovne k vyhodnoteniu predloženej ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 10 ods. 2 v spojení s § 24 ods. 1 a § 53 ods. 1 a 8 ZVO, u uchádzača č. 1, a to v časti č. 1.

Identifikácia úspešného uchádzača:

Časť 1:

Obchodné meno/názov
GUTTA Slovakia, spol. s r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava IČO: 35 707 364

Cenové kritériá (aukčné kritériá)

Názov	Celková cena v EUR vrátane DPH	Počet bodov
Kritérium č. 1: Cena celej zostavy	993 960,00	70

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Kritériá súvisiace s kvalitatívnymi a úžitkovými hodnotami predmetu zákazky (neaukčné kritériá)

Názov	ÁNO/NIE	Počet bodov
Kritérium č. 2: Náklon „tilt“ aspoň u jedného SPECT detektora minimálne $\pm 15^\circ$	ÁNO	3
Kritérium č. 3: Plne automatická modulácia prúdu anódy v priebehu skenovania na základe atenuácie v reálnom čase podľa topogramu v osiach x, y a z (3D) a uhlovej pozície RTG lampy voči telu pacienta (4D) za účelom primeraného zníženia radiačnej záťaže pacienta počas CT vyšetrenia	ÁNO	15
Kritérium č. 4: Systém poskytujúci štandardizovanú absolútnu reprodukovateľnú kvantifikáciu na základe 3 % NIST zdroja s ≤ 10 % presnosťou pre ^{131}I a ^{177}Lu pri použití HE a ME kolimátora ako rutinnú súčasť klinickej akvizície v rámci akvizičného príslušenstva a softvéru	ÁNO	10
Kritérium č. 5: Systém umožňujúci zobrazenie kostí vo vysokom rozlíšení HD s využitím zónovej mapy: indexovanie každého voxelu v mu-mape s typom tkaniva, po ktorom nasleduje metóda vyhladzovania (smoothing method), ktorá kombinuje diskrétné prahové hodnoty pre aspoň 5 rôznych základných tried: vzduch, tukové tkanivo, mäkké tkanivo, kortikálna kosť, spongiózna kosť - xBone, alebo ekvivalent	ÁNO	2

Úspešný uchádzač získal 100/100 bodov.

Úspešný uchádzač predložil ponuku pre celý predmet zákazky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a splnil podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní.

Poradie uchádzačov:

Časť 1:

P.č.	Obchodné meno/názov
1.	GUTTA Slovakia, spol. s r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava IČO: 35 707 364

Vylúčené ponuky:

Neuplatňuje sa.

V Bratislave, dňa 26.02.2024