



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-3693/OVO-1437/22/Du

v Martine, dňa:  
18.10.2022

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Kusový nábytok a pojazdné vozíky na použité prádlo nožné otváranie**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM –nábytok a súvisiace vybavenie“, uverejnenej v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 25.2.2022 pod číslom 2022/S 040-100796 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2022 zo dňa 28.2.2022 pod označením 15111-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka:**

Dobrý deň, v zmysle Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky sú pri položke p.č. 2 - Kancelárska stolička (ID - G) uvedené 2 technické anomálie, ktoré nie je možné v praxi realizovať, konkrétne: 1.) výška sedenia cca 61 cm (+ - 5%)- štandardná výška sedu (v základnej polohe) sa pohybuje pre daný typ stoličky v rozmedzí 41-45 cm, pomocou nastaviteľného piestu (v závislosti od konkrétneho typu piestu je možná výškové nastavenie 10-12 cm), t.j. hraničná maximálna výška sedu (pri úplnom zdvihnutí) predstavuje max. 57 cm. Výška sedu 61 cm je už medzi klasickým stoličkovým sedením a barovým, t.j. vzhľadom na požadovaný typ stoličky nerealizovateľný. 2.) Hĺbka sedu (sedáku) cca 60 cm (+ - 5%) - identický problém, takáto hĺbka sedu (sedáku) cca 60 cm je typická pre veľké sedacie súpravy s celkovou hĺbkou 110-115 cm, pre kancelársku stoličku je takáto hĺbka sedáku nerealizovateľná. Celková hĺbka takéhoto typu stoličky predstavuje cca 60-64 cm, z toho štandardná hĺbka sedáku sa pohybuje v rozmedzí 42-46 cm. Pravdepodobne ide o chybu pri kopírovaní technického opisu, resp. zadaniu nesprávnych rozmerov pre konkrétne parametre (výška a hĺbka sedáku).

**Odpoveď:**

*Verejný obstarávateľ v minimálnej technickej špecifikácii nesprávne zadefinoval parametre ku Kancelárskej stoličke. V uvedenej súvislosti verejný obstarávateľ upravuje pôvodné znenie v minimálnej technickej špecifikácii: výška sedáka cca 61 cm (+ - 5%) (nastaviteľné) a hĺbka sedáka cca 60 cm (+ - 5%) na nové znenie nasledovne: výška sedu (v základnej polohe) 41 - 45 cm (+ - 5%) (nastaviteľné) a hĺbka sedáku 42 - 46 cm (+ - 5%).*

Verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky tak, ako je uvedené vyššie, s účinnosťou odo dňa zverejnenia tohto vysvetlenia súťažných podkladov v systéme JOSEPHINE.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním, Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 31.10.2022 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 31.10.2022 o 13:30 hod.

S pozdravom

.....  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA  
riaditeľ UNM

Prílohy listu:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – aktualizované znenie

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo – aktualizované znenie