

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Zápisnica z otvárania ponúk dňa
06.05.2019 o 13:42:19 hod.

predložených uchádzačmi prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE vo verejnom obstarávaní Zákazka v DNS s názvom:

„Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava OPERACKY dokup“,

vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v rámci DNS DNS#S11662018-OZZ Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu, ID 3330 číslo spisu 7/FNTT

Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2019 10:00:00.

Predpokladaná hodnota zákazky: 31 850,00 EUR bez DPH

A) Zoznam členov komisie:

1. Martin Smatana, MSc. - člen komisie
2. Mgr. Emília Jamrichová - členka komisie
3. PhDr. Danka Lančaričová - členka komisie
4. Ing. Aneta Raciková - členka komisie

B) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

Poradové číslo obálky: 1

Obchodné meno: B. Braun Medical s.r.o.

Adresa: Hlučínska 3, 831 03, Bratislava

IČO: 31350780

Názov častí (pokiaľ je zákazka rozdelená na časti): -

Názov položky: Typ 1 (lineárna pumpa) **Množstvo položky:** 15 **Jednotka položky:** ks **Mena:** v EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 440,00 EUR

Názov položky: Typ 2 (volumetrická pumpa) **Množstvo položky:** 6 **Jednotka položky:** ks **Mena:** v EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 620,00 EUR

Názov položky: Typ 1 (dokovacia stanica) **Množstvo položky:** 5 **Jednotka položky:** ks **Mena:** v EUR **DPH:** s DPH **Cena položky:** 1 380,00 EUR

Cena celkom: 38 220,00 EUR

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - režim nábeh a pokles **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - režim viacnásobná dávka **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - nastavenie osvetlenia displeja **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - nastavenie osvetlenia tlačidiel **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - systém dynamického tlaku **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Lineárna pumpa - možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - režim nábeh a pokles **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - režim viacnásobná dávka **Hodnota**

necenového kritéria: áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - programovateľný režim **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - nastavenie osvetlenia tlačidiel **Hodnota necenového kritéria:** áno

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - výstražný alarm rozpojenia linky **Hodnota necenového kritéria:** nie

Názov necenového kritéria: Volumetrická pumpa - možnosť využitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu **Hodnota necenového kritéria:** áno

C) Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné.

Otváranie ponúk sa uskutočnilo elektronicky prostredníctvom sw Josephine dňa 6. 5. 2019 vo Fakultnej nemocnici Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava .

Elektronické otváranie ponúk sa uskutočnilo 6. 5. 2019 o 13:42:19 h. Otvárania sa zúčastnila menovaná komisia. Následne komisia elektronicky otvárala ponuky v poradí, v akom boli uchádzačmi doručené verejnému obstarávateľovi

Členovia komisie per rollam prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE schvaľujú a prehlasujú, že súhlasia s touto zápisnicou z otvárania ponúk.

Martin Smatana, MSc,
Mgr. Emília Jamrichová
PhDr. Danka Lančaričová
Ing. Aneta Raciková

.....
.....
.....
.....

Zapísal: Ing. Aneta Raciková
V Trnava dňa: 06.05.2019