



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN

KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa:
/29.4.2019

Naša značka:
GR-1643/OVO-571/19Ba

v Martine, dňa:
16.5.2019

Vec: Vysvetlenie informácií k nadlimitnej zákazke „Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl“

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie informácií k nadlimitnej zákazke „**Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ z 16.4.2019 pod číslom 2019/S 075-177436 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2019 z 17.4.2019 pod číslom 8017-MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.1 Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2ks požadujete výšku stola min. 580 max. 600 mm.

Otázka:

Budete akceptovať aj výšku stola 650 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať výšku stola 650 mm. Verejný obstarávateľ požaduje výšku stola min. 580 – 600 mm.

Otázka č.2:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.1 Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2ks požadujete Pás na uchytenie pacienta na suchý zips šírka min. 100 mm max. 120 mm.

Otázka:

Budete akceptovať šírku pásu na uchytenie pacienta na suchý zips aj mimo uvedenej tolerancie?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať šírku pásu na uchytenie pacienta na suchý zips aj mimo uvedenej tolerancie. Verejný obstarávateľ požaduje Pás na uchytenie pacienta na suchý zips šírka min. 100 mm max. 120 mm.

Otázka č.3:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.1 Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2ks požadujete Pás na uchytenie pacienta na suchý zips dĺžka min. 1500 mm.

Otázka:

Budete akceptovať aj dĺžku pásu na uchytenie pacienta na suchý zips aj kratšiu ako 1500 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať dĺžku pásu na uchytenie pacienta na suchý zips aj kratšiu ako 1500 mm. Verejný obstarávateľ požaduje Pás na uchytenie pacienta na suchý zips dĺžka min. 1500 mm.

Otázka č.4:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.1 Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2ks požadujete Univerzálny držiak ruky (typ1) s 3 guľovými kĺbami.

Otázka:

Budete akceptovať aj Univerzálny držiak ruky (typ1) 1 guľovým kĺbom?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Univerzálny držiak ruky (typ1) s 1 guľovým kĺbom. Verejný obstarávateľ požaduje Univerzálny držiak ruky (typ1) s 3 guľovými kĺbami.

Otázka č.5:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.1 Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra – 2ks požadujete Univerzálny držiak ruky (typ2) so stranovým sklápaním a vyklápaním do strán za pomoci guľového kĺbu min. 90°.

Otázka:

Budete akceptovať aj Univerzálny držiak ruky (typ2) s vyklápaním do strán za pomoci guľového kĺbu 80°?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Univerzálny držiak ruky (typ2) s vyklápaním do strán za pomoci guľového kĺbu 80°. Verejný obstarávateľ požaduje Univerzálny držiak ruky (typ2) so stranovým sklápaním a vyklápaním do strán za pomoci guľového kĺbu min. 90°

Otázka č.6:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.2 Operačný stôl pre potreby Oddelenia plastickej chirurgie – 1ks požadujete Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80°.

Otázka:

Budete akceptovať aj Motorizovaný sklon nožného dielu v rozsahu -105° až +70°?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Motorizovaný sklon nožného dielu v rozsahu -105° až +70°. Verejný obstarávateľ požaduje Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80°.

Otázka č.7:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.2 Operačný stôl pre potreby Oddelenia plastickej chirurgie – 1ks požadujete Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm.

Otázka:

Budete akceptovať aj Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 650-1110 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 650-1110 mm. Verejný obstarávateľ požaduje Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm.

Otázka č.8:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.3 Operačné stoly pre potreby OTK – 2ks požadujete Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80°.

Otázka:

Budete akceptovať aj Motorizovaný sklon nožného dielu v rozsahu -105° až +70°?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Motorizovaný sklon nožného dielu v rozsahu -105° až +70°. Verejný obstarávateľ požaduje Motorizovaný sklon nožného dielu min. -90° až +80°.

Otázka č.9:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.3 Operačné stoly pre potreby OTK – 2ks požadujete Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 600 do 1050 mm.

Otázka:

Budete akceptovať aj Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 650 do 1110 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj Motorizované výškové nastavenie v minimálnom rozsahu od 650-1110 mm.

Otázka č.10:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.3 Operačné stoly pre potreby OTK – 2ks požadujete RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena až 1600 mm.

Otázka:

Budete akceptovať aj RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena 1360 mm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena 1360 mm. Verejný obstarávateľ požaduje RTG transparentný chrbtový diel s možnosťou prístupu C ramena až 1600 mm.

Otázka č.11:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.4 Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1ks požadujete Celková šírka stolovej dosky min. 59 cm.

Otázka:

Budete akceptovať aj Celková šírka stolovej dosky 54 cm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Celkovú šírku stolovej dosky 54 cm. Verejný obstarávateľ požaduje Celkovú šírku stolovej dosky min. 59 cm.

Otázka č.12:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.4 Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1ks požadujete Šírka priehľadnej plochy stolovej dosky min. 55 cm.

Otázka:

Budete akceptovať aj Šírka priehľadnej plochy stolovej dosky 54 cm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Šírku priehľadnej plochy stolovej dosky 54 cm. Verejný obstarávateľ požaduje Šírku priehľadnej plochy stolovej dosky min. 55 cm.

Otázka č.13:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.4 Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1ks požadujete Hrúbka stolovej dosky min. 3,3 cm.

Otázka:

Budete akceptovať aj Hrúbku stolovej dosky aj menej ako 3,3 cm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj Hrúbku stolovej dosky menej ako 3,3 cm – daný parameter je bez preferencie.

Otázka č.14:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.4 Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1ks požadujete Pozdĺžny pohyb – motorizovaný – pojazd min. 70 cm.

Otázka:

Budete akceptovať aj Pozdĺžny pohyb – motorizovaný – pojazd 53 cm?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať Pozdĺžny pohyb – motorizovaný – pojazd 53 cm. Verejný obstarávateľ požaduje Pozdĺžny pohyb – motorizovaný – pojazd min. 70 cm.

Otázka č.15:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.4 Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1ks požadujete Bočný pohyb – brzda s permanentným magnetom.

Otázka:

Budete akceptovať aj brzdu bočného pohybu iného typu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať brzdu bočného pohybu iného typu. Verejný obstarávateľ požaduje Bočný pohyb – brzda s permanentným magnetom.

Otázka č.16:

V časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov časť č.4 Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky – 1ks požadujete Pozdĺžny pohyb – brzda s permanentným magnetom.

Otázka:

Budete akceptovať aj brzdu pozdĺžneho pohybu iného typu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať brzdu pozdĺžneho pohybu iného typu. Verejný obstarávateľ požaduje Pozdĺžny pohyb – brzda s permanentným magnetom.

S pozdravom

.....
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
medicínsky riaditeľ UNM

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM