



Všetkým záujemcom

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
356/2022/OdVO

Vybavuje
Ing. Kupcová/ 055 7163146

V Košiciach, dňa
30.12.2022

Vec : Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Dňa 22.12.2022 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania podlimitnej zákazky uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 264/2022 pod značkou 50153-WYT na predmet zákazky: „Zdravotnícke vybavenie pre Klinikum úrazovej chirurgie, časť č. 1 – Systém monitorovania pacientov“.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledovných skutočností (citácia) :

Otázka č. 1:

Technická špecifikácia pre časť č. 1 – Systém monitorovania pacientov, konkrétne položka 2.12 a 3.12 – parameter „Hmotnosť max. 4,5 kg“

Bude obstarávateľ akceptovať navrhovanú hodnotu „**Hmotnosť max. 5 kg**“ ?

Máme za to, že z klinického a praktického používania by to vôbec negatívne neovplyvnilo uplatniť navrhovanú zmenu v tomto bode, a navyše z hľadiska ekonomickej úspornosti súťaže, by to umožnilo zúčastnenie sa viacerých výrobcov v danej súťaži.

Odpoveď verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ posúdil požiadavku na úpravu vyššie uvedeného parametra a rozhodol sa akceptovať navrhované riešenie.

Verejný obstarávateľ **upravuje** požadovanú hodnotu parametra „Hmotnosť max. 4,5 kg“ na hodnotu „**Hmotnosť max. 5 kg**“.

V nadväznosti na poskytnuté vysvetlenie verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu predmetu zákazky a s tým súvisiace dokumenty uvedené v súťažných podkladoch.

S pozdravom

MUDr. Ladislav Neubert

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice