

ODTLAČOK eAUKČNEJ SIENE

Názov elektronickej aukcie:	Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina MR
Typ elektronickej aukcie:	ERMMA (id:4352)
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme:	
Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:	2019-05-27 16:20:58
Začiatok Aukčné kolo:	2019-05-31 08:00:00
Ukončenie Aukčné kolo:	2019-05-31 08:20:00
Vyhlasovateľ:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com
Administrátor:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk
Mena:	EUR
Hodnotiace kritérium:	Kriteriálne hodnotenie
Protokol je platný k:	08.02.2021 17:48:59
Protokol vygenerovaný v:	08.02.2021 17:48:59

P. Č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Porovnávacía hodnota	Celkom	Min. ponuka	UNOTECH, spol. s r.o.	B. Braun Medical s.r.o.
Poradie podľa: Kriteriálne hodnotenie								1	2
Σ								-	-
001.		Typ 1 lineárna pumpa	ks	2.00	-	1 440.00	720.00	720.00	1 090.00
002.		Typ 2 volumetrická pumpa	ks	2.00	-	1 660.00	830.00	830.00	1 190.00

		Lineárna pumpa - Režim - Viacnásobná dávka					áno	áno	áno
		Lineárna pumpa - TOM (Take over mode)					áno	nie	áno
		Lineárna pumpa - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku					áno	áno	áno
		Lineárna pumpa - Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nastavba					áno	áno	áno
		Lineárna pumpa - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní					áno	nie	áno
		Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti					áno	áno	áno
		Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah					áno	áno	áno
		Volumetrická pumpa - Režim - Nábeh a pokles					áno	áno	áno
		Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka					áno	áno	áno
		Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie					áno	áno	áno
		Volumetrické pumpy - Programovateľný režim					áno	áno	áno
		Volumetrická pumpa - Podávanie enterálnej výživy aj so setom					áno	nie	áno
		Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom					áno	áno	áno
		Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku					áno	áno	áno

Volumetická pumpa - Výstražný alarm rozpojenia linky			áno	áno	nie
Body za kritérium K2			17,5	15	17,5
Názov kritéria	Povaha	Váha	Naj. body	Body	Body
Body za Kritérium K1	Klesajúca	81.0	81.0	81.0	55.1
Body za kritérium K2	Rastúca	19.0	17.5	15.0	17.5
Súčet		100.0	96.0	96.0	72.6

úspora		
finančné vyjadrenie	-	EUR
% vyjadrenie	-	%

úspora2		
Naj. vstupná cena	3 688.00	EUR
Naj. výstupná cena	3 100.00	EUR
úspora	588.00	EUR
% vyjadrenie	15.94	%

celkom		
porovnávacía ponuka	0.00	EUR
min. možná ponuka	-	EUR
najvýhodnejšia ponuka	3 100.00	EUR

	Priebeh elektronickej aukcie	Predĺženie kôl
	Čas vyhlásenia - 24.05.2019 14:30	
1 Kolo	24.05.2019 14:30:00	00:00:00
2 Kolo	31.05.2019 08:00:00	00:00:00
	Čas ukončenia - 31.05.2019 08:20	
	Počet predĺžení	0