

SÚHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKEJ AUKCIE

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina MR |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4352) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-05-27 16:20:58 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-05-31 08:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-05-31 08:20:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kriteriálne hodnotenie |
| Počet položiek celkom: | 2 |
| Počet aktívnych položiek: | 2 |
| Počet položiek započítavaných do celkovej sumy: | 2 |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 17:49:05 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 17:49:06 |

| Uchádzač | Položiek obsadených/celkom | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka | Dosiahnuté body | Poradie uchádzača |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| UNOTECH, spol. s r.o. | 2/2 | 3 688.00 | 3 100.00 | 96.0 | 1 |
| B. Braun Medical s.r.o. | 2/2 | 5 100.00 | 4 560.00 | 72.6 | 2 |

Neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu sú protokoly o účasti jednotlivých uchádzačov.

UNOTECH, spol. s r.o.

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina MR |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4352) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-05-27 16:20:58 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-05-31 08:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-05-31 08:20:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Uchádzač: | UNOTECH, spol. s r.o., Zlatovská 2211, Trenčín, PSČ 91101, Slovensko, Telefón: +421 902383883 |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kritériálne hodnotenie |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 17:49:05 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 17:49:06 |

| Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prípravné kolo | 24.05.2019 14:30:00 | 06:17:30 | 00:00:00 |
| Aukčné kolo | 31.05.2019 08:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00 |

| P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------|-----|--------------------------|----|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 001. | | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 2.00 | 1 440.00 | 720.00 | 846.00 | 720.00 |
| 002. | | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 2.00 | 1 660.00 | 830.00 | 998.00 | 830.00 |
| Súčet | | | | | | 3 100.00 | - | - |

| Názov kritéria | Povaha | Váha | Naj. body | Body |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Body za Kritérium K1 | Klesajúca | 81.0 | - | 81.0 |
| Body za kritérium K2 | Rastúca | 19.0 | - | 15.0 |
| Súčet | | 100.0 | 96.0 | 96.0 |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárna pumpa - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Lineárna pumpa - TOM (Take over mode) | áno | nie |
| Lineárna pumpa - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Lineárna pumpa - Špeciálny softvér na sledovanie | áno | áno |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| tlakov - nadstavba | | |
| Lineárna pumpa - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | áno | nie |
| Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno | áno |
| Volumetrická pumpa - Režim - Nábeh a pokles | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Programovateľný režim | áno | áno |
| Volumetrická pumpa - Podávanie enterálnej výživy aj so setom | áno | nie |
| Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Volumetrická pumpa - Výstražný alarm rozpojenia linky | áno | áno |
| Body za kritérium K2 | 17,5 | 15 |

B. Braun Medical s.r.o.

| | |
|--|--|
| Názov elektronickej aukcie: | Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Žilina MR |
| Typ elektronickej aukcie: | ERMMA (id:4352) |
| Dátum vytvorenia eAukčného prípadu v systéme: | |
| Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: | 2019-05-27 16:20:58 |
| Začiatok Aukčné kolo: | 2019-05-31 08:00:00 |
| Ukončenie Aukčné kolo: | 2019-05-31 08:20:00 |
| Vyhlasovateľ: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Houston PROEBIZ, +421 220 255 999, houston@proebiz.com |
| Administrátor: | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O. BOX 52, Bratislava, PSČ: 837 52, Slovensko, Eduard Dorčík, +421 903 512 461, dorcik@fnspza.sk |
| Uchádzač: | B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava, PSČ 831 03, Slovensko, Telefón: +420 271091651 |
| Mena: | EUR |
| Hodnotiace kritérium: | Kritériálne hodnotenie |
| Protokol je platný k: | 08.02.2021 17:49:05 |
| Protokol vygenerovaný v: | 08.02.2021 17:49:06 |

| Názov kola | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prípravné kolo | 24.05.2019 14:30:00 | 06:17:30 | 00:00:00 |
| Aukčné kolo | 31.05.2019 08:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00 |

| P. č. | Kód | Názov položky | MJ | Množstvo | Celkom | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------|-----|--------------------------|----|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 001. | | Typ 1 lineárna pumpa | ks | 2.00 | 2 180.00 | 720.00 | 1 200.00 | 1 090.00 |
| 002. | | Typ 2 volumetrická pumpa | ks | 2.00 | 2 380.00 | 830.00 | 1 350.00 | 1 190.00 |
| Súčet | | | | | | 3 100.00 | - | - |

| Názov kritéria | Povaha | Váha | Naj. body | Body |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Body za Kritérium K1 | Klesajúca | 81.0 | - | 55.1 |
| Body za kritérium K2 | Rastúca | 19.0 | - | 17.5 |
| Súčet | | 100.0 | 96.0 | 72.6 |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| Lineárna pumpa - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Lineárna pumpa - TOM (Take over mode) | áno | áno |
| Lineárna pumpa - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Lineárna pumpa - Špeciálny softvér na sledovanie | áno | áno |

| Názov voliteľnej podmienky | Najlepšia hodnota | Výstupná hodnota |
|---|-------------------|------------------|
| tlakov - nadstavba | | |
| Linerána pumpa - Automatické uchytenie striekačky pri vkladaní | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti | áno | áno |
| Lineárne pumpy - Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah | áno | áno |
| Volumetrická pumpa - Režim - Nábeh a pokles | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Režim - Viacnásobná dávka | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Programovateľný režim | áno | áno |
| Volumetrická pumpa - Podávanie enterálnej výživy aj so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom | áno | áno |
| Volumetrické pumpy - Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku | áno | áno |
| Volumetrická pumpa - Výstražný alarm rozpojenia linky | áno | nie |
| Body za kritérium K2 | 17,5 | 17,5 |