



Všetkým záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Košice

Vec:

**Vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky**

Verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") pri zadávaní zákazky podľa § 117 vyhlásenej dňa 28.11.2022, ktorej predmetom je „**Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií**“ poskytuje odpovede na žiadosti o vysvetlenie, ktoré obdržal od záujemcov:

**Otázka č. 1:**

Prosíme o vysvetlenie parametru uvedeného v dokumente technickej špecifikácie

Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ ak trvá na požiadavke dodanie monitoru vitálnych funkcií s s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou. Vedome porušuje zákon o verejnom obstarávaní a úmyselne diskriminuje zdravotnícke spoločnosti (jediným výrobcom takéhoto zariadenia je spoločnosť XY a s výhradným zastúpením pre Slovenskú republiku je spoločnosť XY) Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť podľa § 42 ods. 1 písm b) v spojení s § 10 vyššie uvedeného zákona poskytnúť záujemcom vo verejnej súťaži také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich ponúk a súčasne aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov vrátane dodržania všetkých zákonných princípov (tzn. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti). Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Taktiež podľa 42 ods. 7 je súladné v zmysle platných ustanovení zákona, že podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách. Máme zato, že zadefinovaný parameter je v plnom rozsahu diskriminačný a môže mať za následok obmedzenie širšej účasti záujemcov o predloženie ponuky, čo má vplyv na transparentnosť priebehu procesu verejného obstarávania.

Požiadavka nemá na Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou, nemá medicínsky prínos pre pacienta a ani pre obsluhujúci personál. Jedná sa o špecifický produkt, ktorý je určený predovšetkým do vozidiel RLP a RZP.

Rozdelí verejný obstarávateľ predmet zákazky na dve časti? Aby sa predošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní navrhuje verejnému obstarávateľovi rozdeliť predmet obstarávania na dve časti tj na časť 1: Monitorovacia centrála a monitory vitálnych funkcií a na časť 2: Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou.

### **Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.1:**

Verejný obstarávateľ obstaráva predmet obstarávania „Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou“ z dôvodu, že Verejný obstarávateľ, ako špecializované pracovisko, poskytuje komplexnú kardiovaskulárnu starostlivosť v rámci regiónu Východného Slovenska, vrátane invazívneho kardiologického a kardiochirurgického programu. Z tohto dôvodu obstaráva zariadenie, kde odborný zdravotný personál monitoruje pacienta počas presunu na rôzne vyšetrovacie pracoviská a v prípade potreby mu dokáže poskytnúť urgentnú zdravotnú starostlivosť. Medicínsky prínos obstarávaného predmetu zákazky tak ako je opísaný je v možnosti nepretržitého sledovania (monitoringu) a ev. aj elektroimpulzoterapie (defibrilácie pacienta) aj z bezpečnej vzdialenosti (napr. počas CT vyšetrenia nemusí byť lekár v miestnosti s pacientom).

Verejný obstarávateľ má informácie, že na trhu sú dostupné produkty minimálne dvoch rôznych výrobcov, ktoré uvedenú špecifikáciu spĺňajú. Predmet zákazky bol opísaný jednoznačne, úplne a neustranne na základe technických požiadaviek. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že vzhľadom na to, že v EÚ je otvorený trh, má každý uchádzač rovnaké možnosti na predloženie súťažnej ponuky a tým je zabezpečená dostatočná konkurencieschopnosť ponúk.

Všetky položky, ktoré sú predmetom verejného obstarávania budú používané spolu, na tom istom oddelení a tým istým vysoko-odborným a špecializovaným personálom. Z dôvodu unifikácie a jednoduchosti prechodu používania medzi prístrojmi pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorej sú často rozhodujúce sekundy medzi životom a smrťou pacienta je v záujme verejného obstarávateľa o unifikované užívateľské prostredie prístrojov, rovnako ako aj ich podpory a servisu od jedného dodávateľa, ktorý tieto činnosti komplexne zastreší. Z tohto dôvodu sú dodržané všetky zákonné princípy a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti.

### **Otázka č. 2:**

Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie k niektorým bodom v prílohe č.2: Špecifikácia predmetu zákazky V bode 11 položky č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota, verejný obstarávateľ požaduje: Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu.

Bude verejný akceptovať aj modulárny monitor s rozsahom merania pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku v rozsahu od 30 do 220 úderov za minútu? Meranie pulzovej frekvencie z neinvazívneho merania krvného tlaku krvi s vyššími hodnotami je výrazne nepresné, v klinickej praxi sa narádza presným meraním SpO2 senzorum.

Ďalej by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa oddelenie na samostatnú časť položky č. 3 - Modulárny prenosný monitor vitálnych funkcií s 12 zvod. EKG, NIBP, SpO2 a s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou. V tomto prípade sa v podstate jedná o samostatný defibrilátor s funkciou monitorovania vitálnych funkcií. Opis uvedeného prístroja výrazne obmedzuje a diskriminuje uchádzačov, ktorí disponujú patientskymi monitormi a nemajú možnosť ponúknuť produkt k položke č.3. Prístroj v položke č.3 nemá súvis s ostatnými položkami - nie je prepojený do monitorovacej siete, ani k ostatným monitorom alebo centrálnej stanici - jedná sa o samostatný prístroj.

### **Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č.2:**

Verejný obstarávateľ naďalej požaduje meranie pulzov v rozsahu 40-300 úderov za minútu a má za to, že každý renomovaný výrobca má merania aj v takto nastavenom rozsahu dostatočne presné. Predmet zákazky bol opísaný jednoznačne, úplne a neustranne na základe technických požiadaviek. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že vzhľadom na to, že v EÚ je otvorený trh, má každý uchádzač rovnaké možnosti na predloženie súťažnej ponuky a tým je zabezpečená dostatočná konkurencieschopnosť ponúk. Z tohto dôvodu sú dodržané všetky zákonné princípy a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Uchádzač vo svojej žiadosti o vysvetlenie uvádza, že technická špecifikácia predmetu obstarávania „Monitor vitálnych funkcií s odnímateľnou defibrilačnou jednotkou“ je stanovená diskriminačne.

Verejný obstarávateľ má informácie, že na trhu sú dostupné produkty minimálne dvoch rôznych výrobcov, ktoré uvedenú špecifikáciu spĺňajú. Predmet zákazky bol opísaný jednoznačne, úplne a neustranne na základe technických požiadaviek. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že vzhľadom na to, že v EÚ je otvorený trh, má každý uchádzač rovnaké možnosti na predloženie súťažnej ponuky a tým je zabezpečená dostatočná konkurencieschopnosť ponúk.

Všetky položky, ktoré sú predmetom verejného obstarávania budú používané spolu, na tom istom oddelení a tým istým vysoko-odborným a špecializovaným personálom. Z dôvodu unifikácie a jednoduchosti prechodu používania medzi prístrojmi pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorej

sú často rozhodujúce sekundy medzi životom a smrťou pacienta je v záujme verejného obstarávateľa o unifikované užívateľské prostredie prístrojov, rovnako ako aj ich podpory a servisu od jedného dodávateľa, ktorý tieto činnosti komplexne zastreší. Z tohto dôvodu sú dodržané všetky zákonné princípy a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti.