

Všetkým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

03.01.2023

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - č.2

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ vyhlásil v Európskom vestníku č. 2022/S 236-680992 zo dňa 07.12.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 260/2022 zo dňa 08.12.2022 pod označením 49783-MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú

„Digitálny RTG prístroj so stropným závesom“.

Verejnému obstarávateľovi bola od jedného zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď.

5.

V prílohe č.5 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu zákazky sa v bode 1.10 sa uvádza:

„Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“

Predpokladáme, že zámerom verejného obstarávateľa je obstarat' prístroj najvyššej kvality, ktorý poskytuje maximálny užívateľský komfort z hľadiska obsluhy a bezpečnosti pre pacienta. Súčasťou špecifikácie predmetu zákazky sa v bode 1.10 uvádza: „Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“. Tento parameter by mal zabezpečiť, aby mala obsluha stále kontrolu nad správnu centráciou a vyclonením RTG zväzku na receptor obrazu a tým bolo minimalizované až vylúčené opakovanie snímku pacienta z dôvodu nesprávnej centrácie a vyclonenia. Taktiež predpokladáme, že zariadenie má byť certifikované ako celok, vrátane „Systému sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“, má byť od jedného výrobcu a tento systém má byť súčasťou zostavy RTG lampy (RTG lampa + clony) a to tak, že kamera je umiestnená v zostave RTG lampy a jeden displej je súčasťou zostavy RTG lampy a druhý displej sa nachádza v obsluhovni.

Otázka č. 5:

Pýtame sa Verejného obstarávateľa, či je požiadavka v prílohe č.5 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu zákazky, bod 1.10.

„Systém sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“ výhradne splnená len nasledovným riešením: zariadenie má byť certifikované ako celok, vrátane „Systému sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“, má byť od jedného výrobcu a tento systém má byť súčasťou zostavy RTG lampy(RTG lampa + clony) a to tak, že kamera je umiestnená v zostave RTG lampy a jeden displej je súčasťou zostavy RTG lampy a druhý displej sa nachádza v obsluhovni?

Odpoveď na otázku č. 5

Špecifikácia predmetu zákazky, bod 1.10 je splnená vtedy, ak zariadenie je certifikované ako celok, vrátane „Systému sledovania kolimácie z pohľadu RTG zväzku so zobrazením na displeji na RTG lampe aj v obsluhovni“, má byť od jedného výrobcu a kamera je súčasťou zostavy RTG lampy.