

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_RV_LO_04Vybavuje / linka
Mikušček/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 24.06.2019Vec: **Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu**

Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Špitálska 1, 04801 Rožňava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S87 zo dňa 06.05.2019 pod značkou **2019/S 087-208654** a vo Vestníku verejného obstarávania č. **89/2019 z 07.05.2019 pod zn. 11355 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Lôžka**“.

V súlade s §165 ods. (3) písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vás informujeme výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.

Bod žiadosti č. 1:**Otázka č. 1:**

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe 5.1 Špecifikácia predmetu zákazky v položke č.2 nasledovné: P.č. 8 Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice: áno Nami ponúkané bočnice sú kovové delené výsuvné po 2 na každej strane lôžka. Bočnice spájajú všetky dôležité požiadavky moderného bezpečnostného systému, sú plne výsuvné a dajú sa zdvihnúť a spustiť niekoľkými jednoduchými pohybmi. Prispôbia sa tak, aby vyhovovali mobilite pacienta, sú ľahko ovládateľné a dajú sa úplne zložiť. Vďaka tomu sú ľahko ovládateľné aj v stiesnených priestoroch pretože nepresahujú profil lôžka. Systém chráni pacienta do výšky 41,5 cm. Stredný stĺpik s ergonomickým gombíkom slúži ako mobilizačná pomôcka pomáha pacientom samostatne sa postaviť. Otázka: Na základe uvedeného navrhujeme daný parameter rozšíriť o Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice alebo delené kovové výsuvné bočnice (2 bočnice na každej strane)" Predmetný dotaz sa týka položky Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku uchádzača, zadaný parameter požadujeme ponechať v pôvodnej podobe. Máme záujem o moderné lôžka s plastovými alebo 3/4 kovovými bočnicami sklápacími, nie výsuvnými kovovými bočnicami. Uvádzaný parameter umožňuje bezpečnejšiu a priestorovo účelnejšiu manipuláciu s lôžkom.

OPIS ROZHODUJÚCICH SKUTOČNOSTÍ:

Verejný obstarávateľ v bode 2.4 súťažných podkladov pripustil predloženie ekvivalentných výrobkov cit. „Ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v Prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade ak v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikujú výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiku, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.“.

Na základe rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len ako „ÚVO“) uvádzame, že výrobok je ekvivalentný, ak nemá vplyv na konečnú požadovanú funkčnosť, t.j. na úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú výrobky určené. Podľa Rozhodnutia Rady ÚVO č. 10881-9000/2015-KR/26 zo dňa 10.09.2015, potvrdené Krajským súdom Bratislava (spisová značka : 5S/245/2015, Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201715) zo dňa 28.03.2017 v prípade ekvivalentných výrobkov prichádzajú do úvahy tri typy výrobkov:

- a) výrobky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky,
- b) výrobky, ktoré nepatria do skupiny a/, avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované výrobky určené,
- c) výrobky, ktoré nepatria ani do skupiny a/, ani do skupiny b/.

Stanovené podmienky zadávania zákazky, vrátane požiadaviek vymedzujúcich predmet zákazky, majú vytvárať predpoklady na to, aby bolo verejné obstarávanie otvorené hospodárskej súťaži -tzn. majú okrem iného umožňovať rovnaký - prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov, schopných ponúknuť verejnému obstarávateľovi /obstarávateľovi plnenie vyplývajúce z vymedzeného predmetu zákazky, a teda nemajú mať za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otvorenie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

Ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky výslovne umožní predloženie ekvivalentných výrobkov, je zrejme, že uchádzači sú oprávnení predložiť ponuky na výrobky, ktoré bez výnimky spĺňajú všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise stanovenom verejným obstarávateľom, ale aj ponuky na také výrobky, ktoré niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich považovať za rovnocenné (ekvivalentné).

V tejto súvislosti uvádzame, že nami ponúkané ekvivalentné riešenie delené kovové výsuvné bočnice zabezpečujú rovnakú funkčnosť ako ostatné vami požadované typy bočníc. Ich technické riešenie zabezpečuje ľahšiu manipuláciu v stiesnenom priestore. Nemocničné lôžka vybavené takýmto typom bočníc sa predávajú v krajinách Európskej únie takže spĺňajú aj estetické trendy súčasnosti.

OZNAČENIE DŮKAZOV;

Vysvetlenie verejného obstarávateľa zo dňa 09.06.2019 - číslo SZ_RV_LO_01

NÁVRH ŽIADATEĽA NA VYBAVENIE ŽIADOSTI O NÁPRAVU:

Navrhujeme, aby verejný obstarávateľ odstránil vytknuté nedostatky a protiprávny stav a parameter upravil, tak ako je to uvedené v otázke č. 1 v Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 27.05.2019, aby zabezpečil záujemcom rovnaký prístup k zákazke a nemali by mať za následok vytvorenie neoprávnených prekážok, ktorými by sa obmedzila hospodárska súťaž, aby nediskriminoval hospodárske subjekty, ktoré sú schopné ponúknuť predmet zákazky spĺňajúci požadovaný účel použitia a zároveň, aby vytvoril predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní najširšiemu okruhu záujemcov alebo uchádzačov, a tým umožnil v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej a transparentnej hospodárskej súťaže.

Zároveň, aby verejný obstarávateľ odstránil vytknuté nedostatky a protiprávny stav, a ekvivalentné výrobky vyhodnotil v zmysle rozhodovacej praxe ÚVO, t.j. v prípade ekvivalentných bral do úvahy tri typy výrobkov:

- a) výrobky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky,
- b) výrobky, ktoré nepatria do skupiny a/, avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované výrobky určené,
- c) výrobky, ktoré nepatria ani do skupiny a/, ani do skupiny b/.

Vybavenie bodu č. 1:

Verejný obstarávateľ upravuje použitie ekvivalentov v bode 2.4 súťažných podkladov nasledovne: „*Ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v Prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade ak v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikujú výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.*“. Teda musí byť preukázané, že rozpätie parametrov je pre daný tovar obmedzujúce a priamo naviazané na konkrétneho výrobcu. Verejný obstarávateľ stanovil predmetné parametre na základe svojich aktuálnych potrieb, skúseností a možností trhu tak, aby docielil maximálnu možnú mieru konkurencie za predpokladu naplnenia jeho účelu.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie požiadavky č. 8 položky č. 2 prílohy č. 1 nasledovne: Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice alebo delené kovové výsuvné bočnice (2 bočnice na každej strane). Bočnice počas manipulácie nerozširujú profil lôžka v žiadnom smere.

Bod žiadosti č. 2:**Otázka č. 2:**

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky v položke č.2 nasledovne: P.č. 26 Predné, zadné plastové čelá: áno

Nami ponúkané predné a zadné čelá sú trubkovej konštrukcie vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele s výplňou z HPL. Pevné rúrky poskytujú bezpečné uchytenie periférneho zariadenia v hlavovej aj nožnej časti lôžka, čo uľahčuje personálu starostlivosť o pacienta, bez nutnosti osadenie lôžka rôznymi držiakmi. Čelá spĺňajú všetky požiadavky intenzívnej starostlivosti o pacienta a sú opatrené medzerami na vedenie prírodných trubíc a hadičiek. Hlavové čelo okrem toho, že je aj vyberateľné je aj sklopné čo uľahčuje personálu v prípade použitia C- ramena manipuláciu s pacientom. Na základe uvedeného navrhujeme daný parameter rozšíriť o "Predné, zadné plastové čelá alebo kovové s výplňou z HPL"

Predmetný dotaz sa týka položky Lôžko intenzivistické typ 1 pre kritickú starostlivosť s integrovanými váhami, laterálnym náklonom **Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku uchádzača, zadaný parameter požadujeme ponechať v pôvodnej podobe. Máme záujem o predné a zadné plastové čelá, ktoré sú pri manipulácii odolné, bezpečné pre pacienta, ľahko snímateľné a z hľadiska hygieny kompaktné a ľahko umývateľné.

OPIS ROZHODUJÚCICH SKUTOČNOSTÍ:

Verejný obstarávateľ v bode 2.4 súťažných podkladov pripustil predloženie ekvivalentných výrobkov cit. „*Ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v Prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade ak v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikujú výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.*“.

Na základe rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len ako „ÚVO“) uvádzame, že výrobok je ekvivalentný, ak nemá vplyv na konečnú požadovanú funkčnosť, t.j. na úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú výrobky určené. Podľa Rozhodnutia Rady ÚVO č. 10881-9000/2015-KR/26 zo dňa 10.09.2015, potvrdené Krajským súdom Bratislava (spisová značka : 5S/245/2015, Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201715) 70 dňa 28.03.2017 v prípade ekvivalentných výrobkov prichádzajú do úvahy tri typy výrobkov:

- a) výrobky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky,

- b) výrobky, ktoré nepatria do skupiny a/, avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované výrobky určené,
- c) výrobky, ktoré nepatria ani do skupiny a/, ani do skupiny b/.

Stanovené podmienky zadávania zákazky, vrátane požiadaviek vymedzujúcich predmet zákazky, majú vytvárať predpoklady na to, aby bolo verejné obstarávanie otvorené hospodárskej súťaži -tzn. majú okrem iného umožňovať rovnaký- prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov, schopných ponúknuť verejnému obstarávateľovi /obstarávateľovi plnenie vyplývajúce z vymedzeného predmetu zákazky, a teda nemajú mať za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otvorenie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

Ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky výslovne umožní predloženie ekvivalentných výrobkov, je zrejmé, že uchádzači sú oprávnení predložiť ponuky na výrobky, ktoré bez výnimky spĺňajú všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise stanovenom verejným obstarávateľom, ale aj ponuky na také výrobky, ktoré niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich považovať za rovnocenné (ekvivalentné).

V tejto súvislosti uvádzame, že nami ponúkané ekvivalentné riešenie predné a zadné čelá, ktoré ponúkame sú pri manipulácii odolné, bezpečné pre pacienta, ľahko snímateľné a z hľadiska hygieny kompaktné a ľahko umývateľné.

OZNAČENIE DŮKAZOV:

Vysvetlenie verejného obstarávateľa zo dňa 09.06.2019 - číslo SZ_RV_LO_01

NÁVRH ŽIADATEĽA NA VYBAVENIE ŽIADOSTI O NÁPRAVU:

Navrhujeme, aby verejný obstarávateľ odstránil vytknuté nedostatky a protiprávny stav a parameter upravil, tak ako je to uvedené v otázke č. 2 v Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 27.05.2019, aby zabezpečil záujemcom rovnaký prístup k zákazke a nemali by mať za následok vytvorenie neoprávnených prekážok, ktorými by sa obmedzila hospodárska súťaž, aby nediskriminoval hospodárske subjekty, ktoré sú schopné ponúknuť predmet zákazky spĺňajúci požadovaný účel použitia a zároveň, aby vytvoril predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní najširšiemu okruhu záujemcov alebo uchádzačov, a tým umožnil v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej a transparentnej hospodárskej súťaže.

Zároveň, aby verejný obstarávateľ odstránil vytknuté nedostatky a protiprávny stav, a ekvivalentné výrobky vyhodnotil v zmysle rozhodovacej praxe ÚVO, t.j. v prípade ekvivalentných bral do úvahy tri typy výrobkov:

- a) výrobky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky,
- b) výrobky, ktoré nepatria do skupiny a/, avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované výrobky určené,
- c) výrobky, ktoré nepatria ani do skupiny a/, ani do skupiny b/.

Vybavenie bodu č. 2:

Verejný obstarávateľ upravuje použitie ekvivalentov v bode 2.4 súťažných podkladov nasledovne: „*Ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v Prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade ak v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikujú výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.*“. Teda musí byť preukázané, že rozpätie parametrov je pre daný tovar obmedzujúce a priamo naviazané na konkrétneho výrobcu. Verejný obstarávateľ stanovil predmetné parametre na

základe svojich aktuálnych potrieb, skúseností a možností trhu tak, aby docielil maximálnu možnú mieru konkurencie za predpokladu naplnenia jeho účelu.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 26 položky č. 2 prílohy č. 1 nasledovne:
Predné, zadné plastové čelá alebo kovové s výplňou z HPL.

Bod žiadosti č. 5:

Otázka č. 5:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky v položke č.3 nasledovné: P.č. 19 Zakladanie RTG kaziet z každého miesta pod lôžnou plochou tak, aby bolo možné snímkovať všetky časti tela pacienta: áno

Transportné lôžko slúži na starostlivosť o pacienta v kritickom stave pri akútnom príjme. Ak by sa jednalo podozrenie na úraz zlomeniny resp. vnútorné zranenia pacient je vyšetrený primárne na CT resp. MRI. V klinickej praxi sa vôbec nevyužíva snímkovanie RTG pacienta ležiaceho na transportnom lôžku. Zdaného dôvodu žiadame vypustiť túto požiadavku, prípadne upraviť na minimálny rozsah možnosti zakladania RTG kaziet minimálne pod chrbtovú časť lôžnej plochy
Predmetný dotaz sa týka položky Lôžko transportné RTG transparentné

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku uchádzača ,zadaný parameter požadujeme ponechať. Transportné lôžko slúži na diagnostiku a transport akútneho pacienta, preto je nutná transparentnosť lôžka pre RTG, ďalej pre dostupnosť kaziet zo všetkých smerov.

OPIS ROZHODUJÚCICH SKUTOČNOSTÍ:

Verejný obstarávateľ v bode 2.4 súťažných podkladov pripustil predloženie ekvivalentných výrobkov cit. ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v Prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade ak v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikujú výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že **také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené.** Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.“

Na základe rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len ako „ÚVO“) uvádzame, že výrobok je ekvivalentný, ak nemá vplyv na konečnú požadovanú funkčnosť, t.j. na úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú výrobky určené. Podľa Rozhodnutia Rady ÚVO č. 10881-9000/2015-KR/26 zo dňa 10.09.2015, potvrdené Krajským súdom Bratislava (spisová značka : 5S/245/2015, Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201715) zo dňa 28.03.2017 v prípade ekvivalentných výrobkov prichádzajú do úvahy tri typy výrobkov:

- a) výrobky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky,
- b) výrobky, ktoré nepatria do skupiny a/, avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované výrobky určené,
- c) výrobky, ktoré nepatria ani do skupiny a/, ani do skupiny b/.

Stanovené podmienky zadávania zákazky, vrátane požiadaviek vymedzujúcich predmet zákazky, majú vytvárať predpoklady na to, aby bolo verejné obstarávanie otvorené hospodárskej súťaži -tzn. majú okrem iného umožňovať rovnaký- prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov, schopných ponúknuť verejnemu obstarávateľovi /obstarávateľovi plnenie vyplývajúce z vymedzeného predmetu zákazky, a teda nemajú mať za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otvorenie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

Ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky výslovne umožní predloženie ekvivalentných výrobkov, je zrejmé, že uchádzači sú oprávnení predložiť ponuky na výrobky, ktoré bez výnimky spĺňajú všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise stanovenom verejným obstarávateľom, ale aj ponuky na také výrobky, ktoré niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich považovať za rovnocenné (ekvivalentné).

V tejto súvislosti uvádzame, že tento parameter považujeme za diskriminačný. Na trhu je malý počet výrobcov, ktorý danú funkcionálnu spĺňajú a tým obmedzuje četnú hospodársku súťaž.

OZNAČENIE DŮKAZOV:

Vysvetlenie verejného obstarávateľa zo dňa 09.06.2019 - číslo SZ_RV_LO_01

NÁVRH ŽIADATEĽA NA VYBAVENIE ŽIADOSTI O NÁPRAVU:

Navrhujeme, aby verejný obstarávateľ odstránil vytknuté nedostatky a protiprávny stav a parameter upravil, tak ako je to uvedené v otázke č. 5 v Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 27.05.2019, aby zabezpečil záujemcom rovnaký prístup k zákazke a nemali by mať za následok vytvorenie neoprávnených prekážok, ktorými by sa obmedzila hospodárska súťaž, aby nediskriminoval hospodárske subjekty, ktoré sú schopné ponúknuť predmet zákazky spĺňajúci požadovaný účel použitia a zároveň, aby vytvoril predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní najširšiemu okruhu záujemcov alebo uchádzačov, a tým umožnil v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej a transparentnej hospodárskej súťaže.

Zároveň, aby verejný obstarávateľ odstránil vytknuté nedostatky a protiprávny stav, a ekvivalentné výrobky vyhodnotil v zmysle rozhodovacej praxe ÚVO, t.j. v prípade ekvivalentných bral do úvahy tri typy výrobkov:

- d) výrobky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky,
- e) výrobky, ktoré nepatria do skupiny a/, avšak sú k nim ekvivalentné, tzn. spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú požadované výrobky určené,
- f) výrobky, ktoré nepatria ani do skupiny a/, ani do skupiny b/.

Vybavenie bodu č. 5:

Verejný obstarávateľ upravuje použitie ekvivalentov v bode 2.4 súťažných podkladov nasledovne: „*Ponúkané zariadenia musia spĺňať technickú špecifikáciu, uvedenú v Prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ umožňuje v prípade ak v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikujú výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.*“. Teda musí byť preukázané, že rozpätie parametrov je pre daný tovar obmedzujúce a priamo naviazané na konkrétneho výrobcu. Verejný obstarávateľ stanovil predmetné parametre na základe svojich aktuálnych potrieb, skúseností a možností trhu tak, aby docielil maximálnu možnú mieru konkurencie za predpokladu naplnenia jeho účelu.

Žiadateľ správne predpokladá, že transportné lôžka sa primárne využívajú pre iniciálnu zdravotnú starostlivosť o pacienta v kritickom stave. Táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná najmä vo prvotných fázach po privezení pacienta do nemocnice, hlavne na zákrokových sálach urgentných príjmov. Títo pacienti bývajú v priamom ohrození života, klinicky nestabilní, často v stave, keď nie sú schopní transportu na CT vyšetrenie (MRI vyšetrenie v takých situáciách neprichádza do úvahy), resp. by časová strata súvisiaca s CT diagnostikou a súvisiacimi presunmi pacienta hrozila nebezpečenstvom z premeškania pri život-zachraňujúcich výkonoch, kde rozhodujú minúty a rýchla diagnostika jednoduchým RTG vyšetrením je jedným z mála realizovateľných a súčasne je dostatočná pre iniciálnu diagnostiku a stabilizáciu pacienta. Ide napr. o stavy ako rozsiahle poškodenie skeletu lebky, dislokácie a zlomeniny krčnej chrbtice, tenzný pneumothorax, sériová zlomenina rebier,

krvácanie do hrudnej dutiny, viacpočetné zlomeniny panvového kruhu, zlomeniny veľkých kostí, napr. stehenných alebo kostí predkolenia. Tieto stavy sú všetky diagnostikovateľné prostým RTG vyšetrením na lôžku mobilným RTG prístrojom.

Obstarávateľ upravuje parameter nasledovne: „Zakladanie RTG kaziet pod lôžnou plochou umožňujúce snímkať všetky časti tela pacienta“

Verejný obstarávateľ upravuje znenie požiadavky č. 19 položky č. 3 prílohy č. 1 nasledovne: Zakladanie RTG kaziet pod lôžnou plochou tak, aby bolo možné snímkať všetky časti tela pacienta.

Verejný obstarávateľ zároveň špecifikuje a vysvetľuje bod 18 požiadavky pre položku č. 2 v prílohe č. 1 nasledovne: „*Uľahčením manipulácie s lôžkom v priestore sa rozumie okrem udržiavania smerovej stability v priamočiariom pohybe aj uľahčenie zmeny smeru, napr. pri zatáčaní okolo rohu, uľahčenie rotácie postele na mieste alebo počas pohybu a uľahčenie kombinácie priamočiarych, zakrivených a rotačných pohybov plne zaťaženého lôžka aj v stiesnených priestoroch a to aj jedným členom personálu.*“

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 12.07.2019 09:00 hod. a následné neverejné otváranie ponúk o 11:00 hod.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie