



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R5-2.1 / 002-18 / 2023

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
02. 03. 2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R5-2.1/002-11/2023 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2023/S 038-113000 z 22.02.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 41/2023 z 23.02.2023 pod zn. 8230-MST realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka:

V súvislosti s technickou požiadavkou uvedenou pre Časť č. 1 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg) v „Príloha c. 1 časti B. xlsx“, záložka Mobilné RTG 400 kg, položka:

„Maximálna hmotnosť zariadenia, vrátane batérií v kg - 400 kg“,

by sme sa vás chceli požiadať o vysvetlenie.

Nami ponúkané zariadenie má celkovú hmotnosť vrátane batérií 440 kg, preto by sme sa chceli opýtať či budete akceptovať aj takéto zariadenie s hmotnosťou 440 kg vrátane batérií.

Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý je zariadenie určené. Zároveň týmto umožníte vstúpiť do VO aj našej spoločnosti a tým dosiahnete hospodárnejší výsledok tohto VO.

Odpoveď:

Nebude akceptovať.

Z dôvodu nosnosti výtahov, kde budú predmetné prístroje umiestnené, verejný obstarávateľ pôvodnú požiadavku na dodanie 10 ks RTG digitálnych mobilných – SKIAGRAFIA, rozdelil na dve samostatné časti – časť 1 – s maximálnou hmotnosťou zariadenia, vrátane batérií nepresahujúcou 400 kg a časť 2 - s maximálnou hmotnosťou zariadenia, vrátane batérií nepresahujúcou 600 kg.