



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R5-2.1 / 002-23 / 2023

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
08. 03. 2023

Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov č. 3 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R5-2.1/002-11/2023 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2023/S 038-113000 z 22.02.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 41/2023 z 23.02.2023 pod zn. 8230-MST realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

V opise predmetu zákazky pre časť č. 2: RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA (do 600 kg) požadujete parameter: Monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou - minimálne 17 palcov.

Otázka č. 1:

Nami ponúkaný prístroj disponuje zabudovaným monitorom s uhlopriečkou 15 palcov. Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter – Monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou minimálne 15 palcov?

Uvedený parameter považujeme za diskriminačný, neumožňuje nám zúčastniť sa verejného obstarávania pre túto časť, aj napriek tomu, že plníme všetky ostatné požadované technické a medicínske parametre. Nami ponúkaný RTG prístroj od celosvetovo uznávaného výrobcu GE HealthCare, disponuje detektorom FlashPad™ HD s vysokým rozlíšením 5 lp/mm, DQE 75%, s funkciou ZOOM a s technológiou spracovania obrazu pomocou Helix™. Tým je zaručené anatomicky špecifické zaostrenie obrazu pre výborný detail kostí a jasné vykreslenie mäkkého tkaniva pri získaných a prenesených obrázkoch pri nízkej radiačnej záťaži pacienta. Ponúkame kvalitatívne lepšiu RTG prístroj ako požaduje verejný obstarávateľ.

Vami požadovaný parameter pre monitor akvizičnej stanice a nami ponúkaná hodnota nemá vplyv na klinickú účinnosť. Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o prehodnotenie a úpravu daného parametra.

Odpoveď:

Monitor s uhlopriečkou 15 palcov verejný obstarávateľ nebude akceptovať.

Akceptovať bude riešenie s prídavným monitorom s uhlopriečkou väčšou ako 17 palcov.