



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R5-2.1 / 002-28 / 2023

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
16. 03. 2023

Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov č. 5 – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 14. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R5-2.1/002-11/2023 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2023/S 038-113000 z 22.02.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 41/2023 z 23.02.2023 pod zn. 8230-MST realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**RTG PRÍSTROJE A C-RAMENÁ**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

Angulačný pohyb C-ramena	Celkovo minimálne 360 stupňov	
--------------------------	-------------------------------	--

Jedná sa o pohyb C-ramena v horizontálnej osi ? V potvrdzujúcom prípade, bude verejný obstarávateľ akceptovať +/- 270 st. ?

Odpoveď:

Jedná sa o rotačný pohyb C-ramena okolo ležiaceho pacienta - minimálne 360 stupňov.
V prípade, že ide o pohyb +/- 270 stupňov (t.j. $270 + 270 = 540$ stupňov), verejný obstarávateľ bude takýto angulačný pohyb akceptovať.