



V Trenčíne, dňa 30.3.2023

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 10.03.2023, pod č. 2023/S 050-148276 a vo Vestníku VO č. 53/2023 dňa 13.03.2023 pod sp.zn.č. 11167-MST

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 1-1

V časti C Opis predmetu zákazku bod č. 2.4 súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje výkonný záložný zdroj (s takou kapacitou, aby pri výpadku elektrickej energie bola bezpečne ukončená analýza, vrátane uloženia výsledkov).

Čas ukončenia niektorých analýz, vrátane uloženia výsledkov môže trvať rádovo 45 min. V tom prípade požiadavka na dodanie záložného zdroja elektrickej energie UPS bude vyžadovať dodanie zariadenia s viacerými batériami, čím sa hmotnosť UPS vr. batérií zvýši a takisto zaťaženie podlahy kg/m². UPS záložný zdroj elektrickej energie slúži prioritne na krátkodobé, cca. 10 - 15 minútové zálohovanie chodu technológie. Ochrana pre dlhším výpadkom elektrickej energie obvykle zabezpečuje dieselagregát - zariadenie, ktoré vyrába za pomoci naftových alebo benzínových motorov elektrické napätie.

Predpokladáme, že laboratórium v prípade dlhšieho výpadku elektrickej energie zálohované dieselagregátom. Bude v tomto prípade verejný obstarávateľ akceptovať dodanie záložného zdroja elektrickej energie UPS s kapacitou, aby pri výpadku elektrickej energie bola ponúkaná technológia zálohovaná po dobu minimálne 10 minút?

Odpoveď 1-1:

Keďže verejný obstarávateľ disponuje dieselagregátom, ktorý zabezpečuje výrobu el.energie pri výpadku dodávky el. enerie zo siete a vzhľadom na možné problémy so statikou podlahy pri dodávke záložného zdroja s väčším počtom batérií budeme akceptovať dodanie záložného zdroja elektrickej energie UPS s kapacitou, aby pri výpadku elektrickej energie bola ponúkaná technológia zálohovaná po dobu minimálne 10 minút.

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa