

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 5. mája 2018

VEC

Úprava zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112492

Verejný obstarávateľ týmto upravuje opis predmetu zákazky pre **časť 3 RTG prístroje – Mobilný RTG prístroj s C - ramenom**:

Verejný obstarávateľ si vďaka pripomienkam záujemcov uvedomil, že požiadavka na zvýšený výkon mobilného RTG prístroja s C – ramenom môže ovplyvniť celkovú maximálnu hmotnosť prístroja. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ upravuje maximálnu akceptovanú hmotnosť prístroja nasledovne:

7	váha C ramena max. 450 kg		áno	áno/nie
---	----------------------------------	--	-----	---------

V kontexte realizovaných zmien verejný obstarávateľ zverejní primerane upravený opis predmetu zákazky daného prístroja.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO