

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 03/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „**Oxygenátory a hadicové sety**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.

V rámci PTK boli oslovení **5** potencionálni dodávatelia, z ktorých **4** predložili svoju ponuku. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

1.2 CPV:

33186000-7 Jednotky pre mimotelový obeh
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Špeciálne zdravotnícke pomôcky oxygenátory a hadicové sety

3. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☒ Áno
☐ Nie

3.1.b) Názov častí:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1	Oxygenátory a hadicové sety skupiny 1		
	Položka č. 1: Oxygenátor	ks	750
	Položka č. 2: Hadicový set	ks	750
Časť č. 2	Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2		
	Položka č. 1: Oxygenátor	ks	750
	Položka č. 2: Hadicový set	ks	750
Časť č. 3	Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3		
	Položka č.1: Oxygenátor	ks	750
	Položka č. 2: Hadicový set	ks	750
Časť č. 4	Oxygenátory a hadicové sety skupiny 4		
	Položka č. 1 - Oxygenátor	ks	750
	Položka č. 1 - Hadicový set	ks	750

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	ODÔVODNENIE ZMENY požiadavky na predmet zákazky
---	---	---	---

Časť č. 1 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 1

Položka č. 1 - Oxygenátor <i>Membránový kapilárny vysokoúčinný oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom potiahnutý biokompatibilným coatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny ale v prípade komplikácie aj s viachodinovým použitím) s nasledovnými parametrami:</i>						Položka č. 1 - Oxygenátor <i>Membránový kapilárny vysokoúčinný oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom potiahnutý biokompatibilným coatingom, so širokou škálou použitia (pre širokú váhovú kategóriu pacientov, dekompenzovaných pacientov, pacientov s hepatopatiou, hemokoagulopatiou, reoperovaných pacientov a pod., so zárukou dĺžky trvania ECC 4 hodiny ale v prípade komplikácie aj s viachodinovým použitím) s nasledovnými parametrami:</i>		
1.	materiál hollow fiber membranae – vyrobené metódou fázovej separácie, znižujúce riziko plazma leakage a wet-out (oddeľovania prepúšťania plazmy),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	1.	materiál hollow fiber membranae – vyrobené metódou fázovej separácie, znižujúce riziko plazma leakage a wet-out (oddeľovania prepúšťania plazmy),	xxx
2.	krvný prietok od 0,5 (min.) po 7,0 l/min,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	2.	krvný prietok od 0,5 (min.) po 7,0 l/min,	xxx
3.	oxygenačná plocha (surface area) min. 2,5 m² ,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	3.	oxygenačná plocha (surface area) min. 2,5 m² ,	xxx
4.	dostatočná rezerva v prenose O2 (Utilisation do 75%),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	4.	dostatočná rezerva v prenose O2 (Utilisation do 75%),	xxx
5.	maximálny prenos O2 (nad 450 ml/min.),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	5.	maximálny prenos O2 (nad 450 ml/min.),	xxx
6.	maximálny transfer CO2 (nad 300 ml/min.),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	6.	maximálny transfer CO2 (nad 300 ml/min.),	xxx
7.	nízky Pressure Drop (tlakový pokles) menej ako 80 mmHg pri prietoku krvi 4 l/min.,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	7.	nízky Pressure Drop (tlakový pokles) menej ako 80 mmHg pri prietoku krvi 4 l/min.,	xxx
8.	vysokoúčinný výmenník tepla – plocha nad 0,2 m²,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	8.	vysokoúčinný výmenník tepla – plocha nad 0,2 m²,	xxx
9.	index efektivity výmenníka 0,6 a vyššie,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	9.	index efektivity výmenníka 0,6 a vyššie,	xxx
10.	oddeliteľný pevný venózny rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiometickým rezervoárom (KTR) s oddelenými vtokmi za účelom zníženia traumatizácie krvných elementov, vhodný pre pooperačné použitie, autotransfúziu, odsávací rezervoár a pod., vhodný na použitie VAVD,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	10.	oddeliteľný pevný venózny rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiometickým rezervoárom (KTR) s oddelenými vtokmi za účelom zníženia traumatizácie krvných elementov, vhodný pre pooperačné použitie, autotransfúziu, odsávací rezervoár a pod., vhodný na použitie VAVD,	xxx
11.	rotačná horná časť venózneho rezervoáru s integrovaným KTR,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	11.	rotačná horná časť venózneho rezervoáru s integrovaným KTR,	xxx
12.	vstup do venózneho rezervoára otočný o 360 stupňov,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	12.	vstup do venózneho rezervoára otočný o 360 stupňov,	xxx
13.	viacpozičná možnosť využitia oxygenátora,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	13.	viacpozičná možnosť využitia oxygenátora,	xxx
14.	kardiometický filter 20 mikróvov pre vyšší stupeň zachytnosti,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	14.	kardiometický filter 20 mikróvov pre vyšší stupeň zachytnosti,	xxx
15.	maximálny krvný prietok filtrom KTR (min. 5 l/min.),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	15.	maximálny krvný prietok filtrom KTR (min. 5 l/min.),	xxx
16.	nízky minimálny pracovný objem rezervoára (200 ml),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	16.	nízky minimálny pracovný objem rezervoára (200 ml),	xxx
17.	nízky statický plniaci objem oxenátora (nie viac ako 260 ml),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	17.	nízky statický plniaci objem oxenátora (nie viac ako 260 ml),	xxx
18.	nízky dynamický plniaci objem (nie viac ako 460 ml),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	18.	nízky dynamický plniaci objem (nie viac ako 460 ml),	xxx
19.	vysoký nekontaktný povrch rezervoára (viac ako 2500 ml),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	19.	vysoký nekontaktný povrch rezervoára (viac ako 2500 ml),	xxx
20.	nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoára,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	20.	nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoára,	xxx
21.	prispôsobivý pre rôzne typy hladinových senzorov,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	21.	prispôsobivý pre rôzne typy hladinových senzorov,	xxx
22.	potiahnutie všetkých komponentov kvalitným biokoatingom.	spĺňa	xxx	xxx	xxx	22.	potiahnutie všetkých komponentov kvalitným biokoatingom.	xxx

Položka č. 2 - Hadicový set <i>Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:</i>						Položka č. 2 - Hadicový set <i>Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:</i>		
1.	arteriálnu linku (hadica 3/8 x 3/32 cca 200 cm) spojenú konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	1.	arteriálnu linku (hadica 3/8 x 3/32 cca 200 cm) spojenú konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm),	xxx
2.	hadicu do čerpadla (3/8 x 3/32 1ks á 50 cm, 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55cm,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	2.	hadicu do čerpadla (3/8 x 3/32 1ks á 50 cm, 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55cm,	xxx
3.	hadicu (1/4 x 1/16 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	3.	hadicu (1/4 x 1/16 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom,	xxx
4.	hadicu pre vysávače 3 kusy (1/4 x 1/16 cca 350 cm),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	4.	hadicu pre vysávače 3 kusy (1/4 x 1/16 cca 350 cm),	xxx

5.	arteriálnu hadicu (hadica 3/8 x 3/32 cca 100 cm,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	5.	arteriálnu hadicu (hadica 3/8 x 3/32 cca 100 cm,	xxx
6.	hadice na drény (2 kusy ¼ x1/16 cca 80 cm),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	6.	hadice na drény (2 kusy ¼ x1/16 cca 80 cm),	xxx
7.	hadice na drény (1 kus ¼ x 1/16 cca 80 cm) – Silicon,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	7.	hadice na drény (1 kus ¼ x 1/16 cca 80 cm) – Silicon,	xxx
8.	hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32 , 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie-male LL, trojcestný ventil),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	8.	hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32 , 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie-male LL, trojcestný ventil),	xxx
9.	trojcestný ventil 3 kusy,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	9.	trojcestný ventil 3 kusy,	xxx
10.	koncovky na vysávače 2 kusy,(Sarns 4300 alebo ekvivalent-Fluted, angled 30°),	spĺňa	xxx	xxx	xxx	10.	koncovky na vysávače 2 kusy,(Sarns 4300 alebo ekvivalent-Fluted, angled 30°),	xxx
11.	hadicové spojky MML-MML 2 kusy,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	11.	hadicové spojky MML-MML 2 kusy,	xxx
12.	hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočnými LL - 1 kus,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	12.	hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočnými LL - 1 kus,	xxx
13.	hadicové spojky – priama ½ x ½ s bočným LL - 1 kus,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	13.	hadicové spojky – priama ½ x ½ s bočným LL - 1 kus,	xxx
14.	hadicové spojky – Y typ 3/8 x ¼ x ¼ - 1 kus,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	14.	hadicové spojky – Y typ 3/8 x ¼ x ¼ - 1 kus,	xxx
15.	hadicové spojky- Y typ ½ x 3/8 x 3/8 s bočným LL - 1 kus,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	15.	hadicové spojky- Y typ ½ x 3/8 x 3/8 s bočným LL - 1 kus,	xxx
16.	hadicové spojky – Y typ ¼ x ¼ x 3/8 - 1 kus,	spĺňa	xxx	xxx	xxx	16.	hadicové spojky – Y typ ¼ x ¼ x 3/8 - 1 kus,	xxx
17.	rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) - 1 ks	spĺňa	xxx	xxx	xxx	17.	rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) - 1 ks	xxx

Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2

Položka č. 1 - Oxygenátor		MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
Oxygenátory pre dospelých, potiahnuté hydrofilným biokompatibilným polymérovým coatingom, pre pacientov s poruchou hemokoagulácie s nasledovnými parametrami:					
1.	všetky komponenty potiahnuté hydrofilným biokompatibilným, polymérovým coatingom	xxx	spĺňa	xxx	xxx
2.	oxygenátor vyrobený metódou fázovej separácie,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
3.	membrána zložená z dutých vlákien,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
4.	hodnoty krvného prietoku od 0.5 do 7 l/min,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
5.	oxygenačná plocha oxygenátora 2,5 m² a viac,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
6.	hodnoty prenosu O2 nad 400 ml/ min,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
7.	minimálny transfer CO2 300 ml/min,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
8.	základná náplň 280 ml, operačná do 500 ml.,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
9.	pressure drop 80 mmHg a menej pri prietoku krvi 4/l min,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
10.	oddeliteľný pevný venózný rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiotomickým rezervoárom, s oddelenými vtokmi, vhodný aj pre pooperačné použitie,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
11.	index efektivity výmenníka 0.5 a viac,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
12.	autotransfúziu, odsávací rezervoár, vhodný aj na použitie VAVD,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
13.	horná časť rezervoára otočná s integrovaným kardiotomickým rezervoárom, pre vstupy hadicového perfúzneho systému,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
14.	venózný vstup otočný,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
15.	oxygenátor otočný voči rezervoáru,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
16.	viacpozičná možnosť využitia oxygenátora,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
17.	kadiotomický filter so stupňom zachytnosti do 30 mikrónov,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
18.	nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoáru – pod 100 ml,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
19.	minimálny operačný objem kardiotomického rezervoára 200 ml/min,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
20.	maximálny krvný prietok filtrom kardiotomického rezervoára – minimálne 5 l/min,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
21.	oxygenátor prispôsobivý pre rôzne typy hadicových senzorov,	xxx	spĺňa	xxx	xxx
22.	nízky minimálny pracovný objem – do 480 ml, z toho pracovný objem oxygenátora 280 ml a rezervoára 200 ml	xxx	spĺňa	xxx	xxx

Položka č. 2 - Hadicový set		MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:					
1.	arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),	xxx	spĺňa	xxx	xxx
2.	kyslíkový filter,	xxx	spĺňa	xxx	xxx

3.	arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2), 1 ks cca 160-180cm,
4.	arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (1/2) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180cm,
5.	hadice pre odsávanie (1/4) 3ks v dĺžke cca 350 až 400 cm,
6.	vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,
7.	recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2ks,
8.	odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora
9.	spojky: priame ¼ - ¼, 3/8 - 3/8, 3/8 -1/2, ½ - 1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8 - 3/8 - 1/4, (prípadná zmena veľkosti),
10.	spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,
11.	dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,
12.	vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,
13.	rýchloplnič rezervoára - Y-ová hadica (1/4) cca 120cm s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.

xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx
xxx	spĺňa	xxx	xxx

3.	arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2), 1 ks cca 160-180cm,	xxx
4.	arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (1/2) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180cm,	xxx
5.	hadice pre odsávanie (1/4) 3ks v dĺžke cca 350 až 400 cm,	xxx
6.	vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,	xxx
7.	recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2ks,	xxx
8.	odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora	xxx
9.	spojky: priame ¼ - ¼, 3/8 - 3/8, 3/8 -1/2, ½ - 1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8 - 3/8 - 1/4, (prípadná zmena veľkosti),	xxx
10.	spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,	xxx
11.	dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,	xxx
12.	vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,	xxx
13.	rýchloplnič rezervoára - Y-ová hadica (1/4) cca 120cm s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.	xxx

Časť č. 3 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3

Položka č. 1 - Oxygenátor Membránový kapilárny oxygenátor s rezervoárom so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrán, pre malých a stredne veľkých pacientov s nasledovnými parametrami:	
1.	materiál hollow fiber membrane,
2.	krvný prietok 0,5 – 7,0 l/min,
3.	oxygenačná plocha membrány – maximálne do 1,8 m²,
4.	plniaci objem (priming volume) – min. 210 ml, resp. min. 330 ml pre oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom,
5.	index efektivity výmenníka tepla 0,6 a vyššie,
6.	prenos O2 – pri prietoku krvi 7 l/min viac ako 400 ml/min,
7.	prenos CO2 – nad 300 ml/min,
8.	integrovaný systém pre odstránenie vzduchových mikrobublín pre zvýšenú bezpečnosť prostredníctvom hydrofóbnej membrány,
9.	arteriálny filter integrovaný v oxygenátore, alebo v hadicovom sete s veľkosťou pórov 40µm s nízkym plniacim objemom – len 120 ml s integrovaným stand by bypass vo filtri,
10.	venózny rezervoár:
	• špeciálny kónický tvar s vynikajúcou viditeľnosťou, optimálnou dynamikou toku a s nízkymi turbulenciami,
	• maximálna kapacita – 4200 ml, vhodný aj ako drenážna nádoba a autotransfúzny rezervoár,
	• minimálny prevádzkový objem – 200 ml,
	• kardiotomický filter s vyšším stupňom zachytnosti - 40µm,
	• veko rezervoára je otočné so zakriveným venóznym vstupom pre individuálne umiestnenie,
	• možnosť potiahnutia všetkých komponentov kvalitným biopotiahnutím,
	• hadicový set ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným potiahnutím.

MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx

Položka č. 1 - Oxygenátor Membránový kapilárny oxygenátor s rezervoárom so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrán, pre malých a stredne veľkých pacientov s nasledovnými parametrami:		
1.	materiál hollow fiber membrane,	xxx
2.	krvný prietok 0,5 – 7,0 l/min,	xxx
3.	oxygenačná plocha membrány – maximálne do 1,8 m²,	xxx
4.	plniaci objem (priming volume) – min. 210 ml, resp. min. 330 ml pre oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom,	xxx
5.	index efektivity výmenníka tepla 0,6 a vyššie,	xxx
6.	prenos O2 – pri prietoku krvi 7 l/min viac ako 400 ml/min,	xxx
7.	prenos CO2 – nad 300 ml/min,	xxx
8.	integrovaný systém pre odstránenie vzduchových mikrobublín pre zvýšenú bezpečnosť prostredníctvom hydrofóbnej membrány,	xxx
9.	arteriálny filter integrovaný v oxygenátore, alebo v hadicovom sete s veľkosťou pórov 40µm s nízkym plniacim objemom – len 120 ml s integrovaným stand by bypass vo filtri,	xxx
10.	venózny rezervoár:	xxx
11.	• špeciálny kónický tvar s vynikajúcou viditeľnosťou, optimálnou dynamikou toku a s nízkymi turbulenciami,	xxx
12.	• maximálna kapacita – 4200 ml, vhodný aj ako drenážna nádoba a autotransfúzny rezervoár,	xxx
13.	• minimálny prevádzkový objem – 200 ml,	xxx
14.	• kardiotomický filter s vyšším stupňom zachytnosti - 40µm,	xxx
15.	• veko rezervoára je otočné so zakriveným venóznym vstupom pre individuálne umiestnenie,	xxx
16.	• možnosť potiahnutia všetkých komponentov kvalitným biopotiahnutím,	xxx
17.	• hadicový set ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným potiahnutím.	xxx

Položka č. 2 - Hadicový set Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:	
1.	arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),
2.	kyslíkový filter,
3.	arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2) , 1 ks cca 160 – 180 cm,
4.	arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (½) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180 cm,
5.	hadice pre odsávanie (1/4) 3 x cca 350 – 400 cm,
6.	vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,
7.	recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2x,
8.	odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora,

MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx
xxx	xxx	spĺňa	xxx

Položka č. 2 - Hadicový set Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:		
1.	arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),	xxx
2.	kyslíkový filter,	xxx
3.	arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2) , 1 ks cca 160 – 180 cm,	xxx
4.	arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (½) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180 cm,	xxx
5.	hadice pre odsávanie (1/4) 3 x cca 350 – 400 cm,	xxx
6.	vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,	xxx
7.	recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2x,	xxx
8.	odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora,	xxx

9.	spojky : priame ¼ - ¼, 3/8 – 3/8, 3/8-1/2, ½-1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8-3/8-1/4, (prípadná zmena veľkosti,	xxx	xxx	spíňa	xxx	9.	spojky : priame ¼ - ¼, 3/8 – 3/8, 3/8-1/2, ½-1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8-3/8-1/4, (prípadná zmena veľkosti,	xxx
10.	spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,	xxx	xxx	spíňa	xxx	10.	spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,	xxx
11.	dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,	xxx	xxx	spíňa	xxx	11.	dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,	xxx
12.	vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,	xxx	xxx	spíňa	xxx	12.	vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,	xxx
13.	rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.	xxx	xxx	spíňa	xxx	13.	rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.	xxx

Časť č. 4 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 4

Položka č. 1 - Oxygenátor <i>Membránový kapilárny oxygenátor s integrovaným výmenníkom tepla, s rezervoárom, potiahnutý biokompatibilným povrchom PH.I.S.I.O, určený pre dospelých pacientov s nasledovnými parametrami:</i>		MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.	Položka č. 1 - Oxygenátor <i>Membránový kapilárny oxygenátor s integrovaným výmenníkom tepla, s rezervoárom, potiahnutý biokompatibilným povrchom PH.I.S.I.O, určený pre dospelých pacientov s nasledovnými parametrami:</i>	
1.	hollow fibre oxygenátor s integrovaným výmenníkom tepla,	xxx	xxx	xxx	spíňa	1.	hollow fibre oxygenátor s integrovaným výmenníkom tepla,
2.	bio kompatibilný povrch = Phosphorylcholine (PH.I.S.I.O),	xxx	xxx	xxx	spíňa	2.	bio kompatibilný povrch = Phosphorylcholine (PH.I.S.I.O),
3.	prenos O2 386ml/min – pri 6l/min.,	xxx	xxx	xxx	spíňa	3.	prenos O2 386ml/min – pri 6l/min.,
4.	prenos CO2 330ml/min- pri 6l/min.,	xxx	xxx	xxx	spíňa	4.	prenos CO2 330ml/min- pri 6l/min.,
5.	max. kapacita rezervoára = 4 500ml,	xxx	xxx	xxx	spíňa	5.	max. kapacita rezervoára = 4 500ml,
6.	max. prevádzkový objem = 4 000ml,	xxx	xxx	xxx	spíňa	6.	max. prevádzkový objem = 4 000ml,
7.	min. prevádzkový objem = 150ml,	xxx	xxx	xxx	spíňa	7.	min. prevádzkový objem = 150ml,
8.	plniaci objem oxygenátora = 219ml,	xxx	xxx	xxx	spíňa	8.	plniaci objem oxygenátora = 219ml,
9.	počet odsávacích portov = 5,	xxx	xxx	xxx	spíňa	9.	počet odsávacích portov = 5,
10.	filtračné médiá = 41 µm vonkajšie sito z polyesteru + 120µm vnútorná sieť z polyesteru,	xxx	xxx	xxx	spíňa	10.	filtračné médiá = 41 µm vonkajšie sito z polyesteru + 120µm vnútorná sieť z polyesteru,
11.	kardiotomická časť rezervoára = 41µm,	xxx	xxx	xxx	spíňa	11.	kardiotomická časť rezervoára = 41µm,
12.	max. rýchlosť prietoku = 8L /min.,	xxx	xxx	xxx	spíňa	12.	max. rýchlosť prietoku = 8L /min.,
13.	plocha povrchu membrány = 1,75 m²,	xxx	xxx	xxx	spíňa	13.	plocha povrchu membrány = 1,75 m²,
14.	výmenník tepla = materiál: polyuretán; plocha: 0,4m²,	xxx	xxx	xxx	spíňa	14.	výmenník tepla = materiál: polyuretán; plocha: 0,4m²,
15.	účinnosť výmenníka tepla 0,59 – pri 6L/min.,	xxx	xxx	xxx	spíňa	15.	účinnosť výmenníka tepla 0,59 – pri 6L/min.,
16.	záruka okysličovania = najmenej 6 hodín,	xxx	xxx	xxx	spíňa	16.	záruka okysličovania = najmenej 6 hodín,
17.	integrovaná VAVD chlopňa na rezervoári,	xxx	xxx	xxx	spíňa	17.	integrovaná VAVD chlopňa na rezervoári,
18.	možnosť rotácie venózneho konektora = 360°,	xxx	xxx	xxx	spíňa	18.	možnosť rotácie venózneho konektora = 360°,
19.	arteriálny filter (možnosť voľby) = polyesterová sieť; 38µm; povrch 97cm²	xxx	xxx	xxx	spíňa	19.	arteriálny filter (možnosť voľby) = polyesterová sieť; 38µm; povrch 97cm²
Položka č. 2 - Hadicový set <i>Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set podľa individuálnych požiadaviek – potiahnutý bio kompatibilným coatingom, ktorý obsahuje:</i>		MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.	Položka č. 2 - Hadicový set <i>Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set podľa individuálnych požiadaviek – potiahnutý bio kompatibilným coatingom,</i>	
1.	arteriálna linka (hadica 3/8 x 3/32 cca 180 cm) spojená s konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm),	xxx	xxx	xxx	spíňa	1.	arteriálna linka (hadica 3/8 x 3/32 cca 180 cm) spojená s konektorom s venóznou linkou (1/2 x 3/32 cca 200 cm),
2.	hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 1ks á 50cm; 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55 cm,	xxx	xxx	xxx	spíňa	2.	hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 1ks á 50cm; 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x ½ spojené so silikónovou hadicou ½ x 3/32 dĺžky 55 cm,
3.	hadica (1/4 x 1/6 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom,	xxx	xxx	xxx	spíňa	3.	hadica (1/4 x 1/6 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom,
4.	hadica pre vysávače – 3 ks (1/4 x 1/16 cca 420 cm),	xxx	xxx	xxx	spíňa	4.	hadica pre vysávače – 3 ks (1/4 x 1/16 cca 420 cm),
5.	arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom a bubble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm), arteriálny filter, Y spojka – 2ks,	xxx	xxx	xxx	spíňa	5.	arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom a bubble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm), arteriálny filter, Y spojka – 2ks,
6.	hadica na drény (1/4 x 1/16 cca 80 cm – 2ks),	xxx	xxx	xxx	spíňa	6.	hadica na drény (1/4 x 1/16 cca 80 cm – 2ks),
7.	hadica na drény (1/4 x 1/16 cca 80 cm – 1ks) - Silicon,	xxx	xxx	xxx	spíňa	7.	hadica na drény (1/4 x 1/16 cca 80 cm – 1ks) - Silicon,
8.	hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32 cca 40 cm – 2ks, + jednocestná Vernay chlopňa, zakončenie – male LL, trojcestný ventil),	xxx	xxx	xxx	spíňa	8.	hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32 cca 40 cm – 2ks, + jednocestná Vernay chlopňa, zakončenie – male LL, trojcestný ventil),
9.	trojcestný ventil – 3ks,	xxx	xxx	xxx	spíňa	9.	trojcestný ventil – 3ks,
10.	koncovky na vysávače – 2ks (Sarns 4300 alebo ekvivalent – Fluted, angled 30°),	xxx	xxx	xxx	spíňa	10.	koncovky na vysávače – 2ks (Sarns 4300 alebo ekvivalent – Fluted, angled 30°),
11.	hadicové spojky MML-MML – 2ks,	xxx	xxx	xxx	spíňa	11.	hadicové spojky MML-MML – 2ks,
12.	hadicová spojka – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1ks,	xxx	xxx	xxx	spíňa	12.	hadicová spojka – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1ks,
13.	hadicová spojka – priama ½ x ½ s bočným LL – 1ks,	xxx	xxx	xxx	spíňa	13.	hadicová spojka – priama ½ x ½ s bočným LL – 1ks,

14.	hadicová spojka – Y typ 3/8 x ¼ x ¼ - 1ks,	xxx	xxx	xxx	spĺňa	14.	hadicová spojka – Y typ 3/8 x ¼ x ¼ - 1ks,	xxx
15.	hadicová spojka – Y typ ½ x 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1ks,	xxx	xxx	xxx	spĺňa	15.	hadicová spojka – Y typ ½ x 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1ks,	xxx
16.	hadicová spojka – Y typ ¼ x ¼ x 3/8 – 1ks,	xxx	xxx	xxx	spĺňa	16.	hadicová spojka – Y typ ¼ x ¼ x 3/8 – 1ks,	xxx
17.	rýchlospúšťač 2 link. 90cm s Y spojkou + 2ks 20cm hadica ¼ x 1/16 so stopermi	xxx	xxx	xxx	spĺňa	17.	rýchlospúšťač 2 link. 90cm s Y spojkou + 2ks 20cm hadica ¼ x 1/16 so stopermi	xxx
18.	Jednosmerná hadica 1/8 x 1/32 80cm s one-way chlopňou, LL koncovkou s krytkami + 3-cestný ventil Transfer Bag 1000ml: + 15cm hadica so stoperom a krytkou 4,33 x 1,3 + 30cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3 + 10cm hadica ½ x 3/32 s Y spojkou ¼ x ½ + 5cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 0,55	xxx	xxx	xxx	spĺňa	18.	Jednosmerná hadica 1/8 x 1/32 80cm s one-way chlopňou, LL koncovkou s krytkami + 3-cestný ventil Transfer Bag 1000ml: + 15cm hadica so stoperom a krytkou 4,33 x 1,3 + 30cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3 + 10cm hadica ½ x 3/32 s Y spojkou ¼ x ½ + 5cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 0,55	xxx

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY		ODÔVODNENIE ZMENY zmluvnej požiadavky
		Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)						
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	xxx
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	xxx
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	xxx	xxx	xxx	xxx	3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	xxx
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	xxx
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	xxx
3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.3	v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	xxx
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),	xxx
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	xxx
4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.	xxx
5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.	xxx
6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	xxx
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.	xxx
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	xxx
9.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:	xxx	xxx	xxx	xxx	9.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:	xxx
	a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	akceptujem		a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
	b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	akceptujem		b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
	c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	akceptujem		c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky

	d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	akceptujem	d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
10.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	akceptujem	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
11.	Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
12.	V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.	akceptujem	neakceptujem	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
12.1	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	neakceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	platí pôvodné znenie zmluvnej požiadavky
13.	Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien: - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien: - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	xxx
14.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	xxx
15.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.	xxx
16.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	xxx

17.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	xxx
18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	xxx
19.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	xxx
20.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	xxx
21.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhovú konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhovú konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	xxx

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní okrem Prospektového materiálu, ktorý verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky v PTK):		Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)				Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Odôvodnenie zmeny osobitnej požiadavky:	
		MEDITRADE, spol. s r.o.	TIMED, s.r.o.	SURGITECH, s.r.o.	BIOMEDICA SLOVAKIA, s.r.o.				
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	xxx	
2.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	xxx	
3.	Potvrdenie ŠUKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Potvrdenie ŠUKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	xxx	
4.	Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.	xxx	