



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 212-11 / 2019

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
08. 07. 2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 5

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 212-03 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 121-296043 z 26.06.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2019 z 27.06.2019 pod zn. 15168-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLŮČNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

Otázka pre kategóriu I. a aj pre kategóriu II.

- A) V požiadavkách na technické špecifikácie ventilátora I. a II. kategórie nie je uvedená požiadavka monitorovania kapnometrie. Vzhľadom k tomu, že považujeme túto funkciu za absolútne štandardnú v tejto kategórii, pýtame sa:
Požaduje obstarávateľ v I. aj v II. kategórii monitorovanie kapnometrie aspoň meraním metódou sidestream?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 11.7. (Príloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_specifikacia UNB_10.7.2019.xlsx) povinnosť doplnenia parametra pre I. a II. kategóriu „Monitorovanie kapnometrie“ bez definovania metódy, preto sidestream vyhovuje.

- B) Ak je odpoveď na otázku A) áno, **má byť toto meranie kapnometrie súčasťou ventilátora kategórie I. a II. alebo môže byť dodané ako samostatné externé vyhodnocovacie a zobrazovacie zariadenie?**

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 11.7. (Príloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_specifikacia UNB_10.7.2019.xlsx) povinnosť doplnenia parametra pre I. a II. kategóriu „Monitorovanie kapnometrie“ bez definovania spôsobu integrácie, preto môže byť zariadenie aj externé, aj keď integrované zariadenie by bolo určite vhodnejšie. Dôležité je poskytnúť lekárom pri nastavovaní prístroja potrebné a spoľahlivé údaje včas, bez robenia dodatočných úkonov a čakania.

Otázka č. 2:

Otázka pre kategóriu III.

Z požiadaviek na meranie kapnometrie v kategórii III. nie je zjavné či požadované meranie kapnometrie má byť súčasťou ventilátora alebo môže byť dodané ako samostatné externé a vyhodnocovacie zariadenie.

Preto sa pýtame, či meranie kapnometrie má byť v kategórii III. integrovanou súčasťou ventilátora alebo môže byť zabezpečené aj externým samostatným zariadením, ktoré predmetné údaje samostatne meria a zobrazuje?

Odpoveď:

Na rozdiel od nižšej kategórie, v prípade najvyššej triedy ventilátora požadujeme zariadenie na meranie kapnometrie integrované do prístroja.

Otázka č. 3:

Otázka pre kategóriu I. a aj pre kategóriu II.

V súťažných podkladoch je uvedená požiadavka: „Možnosť nastavenia maximálneho úniku v % pre NIV“.

Môže uchádzač zabezpečiť požadovanú funkcionálnu aj technologicky prevyšujúcim riešením a to formou automatickej kompenzácie úniku počas NIV so zobrazením monitorovaného aktuálneho % úniku?

Odpoveď:

Ak je automaticky kompenzovaný únik plynu, nie je potrebné disponovať aj možnosťou manuálneho nastavovania jeho maxima. Funkcionálnu automatickej kompenzácie považujeme za nadstavbu, preto pripomienku akceptujeme.