



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 212-09 / 2019

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
04. 07. 2019

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov 1

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 212-03 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 121-296043 z 26.06.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2019 z 27.06.2019 pod zn. 15168-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLŮČNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

### **Otázka č. 1:**

Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie technickej špecifikácie príloha č. 1 časť B opis predmetu zákazky SP, časť 3 kategória 3 - ventilátor najvyššej triedy:

riadok 22 - je uvedená terapia vysokoprietokovým kyslíkom; riadok 62 - ventilačná podpora nasálnym vysokým prietokom; riadok 63 - ventilačná podpora vysokým prietokom aplikovaná tracheostomicky.

Nakoľko v týchto bodoch nejde o štandardný ventilačný režim, ale o doplnkovú liečbu pomocou aktívnych zvlhčovačov, navrhujeme presunúť tento parameter do doplnkovej sekcie: Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia. Doplnkové ovládanie terapie vysokoprietokovým kyslíkom cez servoventilátor ponúkajú len niektorí výrobcovia, čo znemožňuje účasť v tomto VO ostatným výrobcom.

### **Odpoveď:**

**Z uvedených zadaných parametrov nemožno ustúpiť, nakoľko koncové pracovisko univerzitného typu musí aj v rámci technického zabezpečenia poskytovať ultimatívne ventilačnú podpornú terapiu na najvyššej úrovni vrátane funkcionality terapie vysokoprietokovým kyslíkom.**

### **Otázka č. 2:**

riadok 60 - je uvedený integrovaný kyslíkový snímač paramagnetický.

Svetový výrobcovia najčastejšie používajú elektrochemický snímač, preto navrhujeme rozšíriť možnosť na "integrovaný kyslíkový snímač paramagnetický alebo elektrochemický.

### **Odpoveď:**

**Pre najvyššiu III. kategóriu požadujeme paramagnetický integrovaný kyslíkový snímač. V prípade I. a II. kategórie nie je špecifikovaný typ a ak sa dodávateľ rozhodne ponúknuť elektrochemický senzor, obstarávateľ požaduje dodávku náhradných elektrochemických senzorov počas doby životnosti zahrnuté v ponúkanej cene prístroja (ako je aj uvedené v podmienkach záručnej doby).**