



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 212-13 / 2019

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
10. 07. 2019

Vec: Vysvetlenie – zmena a doplnenie súťažných podkladov 6

Na základe žiadostí záujemcov o poskytnutie vysvetlenia súťažných podkladov a následného prehodnotenie medicínsko-technických špecifikácií, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 212-03 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 121-296043 z 26.06.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2019 z 27.06.2019 pod zn. 15168-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLŮCNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie – zmenu a doplnenie súťažných podkladov.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE – DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Upozornenie: **ZMENA – DOPLNENIE TECHNICKEJ A MEDICÍNSKEJ ŠPECIFIKÁCIE**

Mení a dopĺňa sa:

Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov „Technická a medicínska špecifikácia PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLÚCNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)“

Pre:

Časť I. 1. kategória: Ventilátor - stredná trieda (dlhodobé ventilovanie, JIS)

v oddieli: Technické špecifikácie ventilátora, Základné ventilačné režimy, sa dopĺňa povinný parameter (v prílohe vyznačený červenou):

„Monitorovanie kapnometrie“

Pre

Časť II. 2. kategória: Ventilátor - Stredná trieda, turbínový pohon,

v oddieli: Technické špecifikácie ventilátora, Základné ventilačné režimy, sa dopĺňa povinný parameter (v prílohe vyznačený červenou):

„Monitorovanie kapnometrie“

Z vyššie uvedených dôvodov sa príloha s názvom:

Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky_špecifikácia UNB_7.6.2019

ruší a nahrádza sa novou prílohou s názvom:

Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky_špecifikácia UNB_10.7.2019