



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 212-17 / 2019

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
12. 07. 2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 9

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 212-03 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 121-296043 z 26.06.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2019 z 27.06.2019 pod zn. 15168-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLŮČNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

v technické specifikaci pro část I. a II., řádek 35 je požadavek: Sklopná farebná obrazovka.

Naše řešení disponuje obrazovkou s full HD rozlišením s vysokou svítivostí a velkým pozorovacím úhlem. V případě potřeby změny umístění displaye ventilátoru lze navíc využít funkce výškové a otočné změny stativu ventilátoru. Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na zadanom požiadavke dodania sklopnej farebnej obrazovky, ktorá je nevyhnutná pre komfort obsluhujúceho personálu a bezpečnú manipuláciu s prístrojom.