



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 212-19 / 2019

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
18. 07. 2019


**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov 11

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 212-03 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 121-296043 z 26.06.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2019 z 27.06.2019 pod zn. 15168-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLŮČNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



### **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**Otázka č. 1:**

Otázka pre kategóriu I. aj pre kategóriu II.

V prípade merania kapnometrie požaduje sa, aby externý kapnometer komunikoval s ventilátorom minimálne v rozsahu zobrazenia nameraných hodnôt na ventilátore?

**Odpoveď:**

**Áno, je nutné zabezpečiť zobrazenie nameraných hodnôt na obrazovke ventilátora.**