

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Ultrazvukový přístroj“

Zadavatel:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
zastoupená doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 12038-671/0100

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ve dnech 5.4.2018 až 6.4.2018 byly vzneseny tyto dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje: steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy minimálně v rozsahu +/- 30 stupňů.

Dotaz: Ze zkušeností renomovaných neurologických pracovišť vyplývá, že ke kvalitnímu vyšetřování zcela dostačuje steerování výseče barevného Dopplera v rozsahu +/- 15 stupňů. Umožní zadavatel dodání přístroje, který má steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy minimálně v rozsahu +/- 15 stupňů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na podmínkách a specifikaci uvedených v zadávací dokumentaci, tj. neumožní dodání přístroje, který má steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy minimálně v rozsahu +/- 15 stupňů.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min +/- 30 stupňů.

Dotaz: Ze zkušeností renomovaných neurologických pracovišť vyplývá, že ke kvalitnímu vyšetřování zcela dostačuje steerování u spektrálního dopplera pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF v rozsahu +/- 15 stupňů. Umožní zadavatel dodání přístroje, který má steerování výseče pulzního dopplera na lineární sondě minimálně v rozsahu +/- 15 stupňů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na podmínkách a specifikaci uvedených v zadávací dokumentaci, tj. neumožní dodání přístroje, který má steerování výseče pulzního dopplera na lineární sondě minimálně v rozsahu +/- 15 stupňů.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje lineární elektronickou sondu min. 4-10 MHz délky cca 40 mm k vyšetřování cév a malých částí.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče s frekvenčním rozsahem lineární sondy 5-10 MHz?

Tel: 518/601111
Fax: 518/614176

Bank. spojení: KB Hodonín
č. účtu: 12038-671/0100

IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na podmínkách a specifikaci uvedených v zadávací dokumentaci, tj. zadavatel nebude akceptovat nabídku uchazeče s frekvenčním rozsahem lineární sondy 5-10 MHz.

Ing. Dana Karská Sedláčková
obchodní referentka