



Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 02.08.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov - 1

Úprava súťažných podkladov – 1

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Digitálne ultrazvukové prístroje

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie zo dňa 01.08.2019, poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok uchádzača.

Otázka uchádzača 1

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, bod II. 1.4 sa uvádza:

„Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledujúce služby: Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja“

V článku IV. odsek 1. Kúpnej zmluvy sa uvádza:

„Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je 24 mesiacov, táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania inštalačného a preberacieho protokolu (od uvedenia Tovarů do prevádzky).“

V článku IV. odsek 5. Kúpnej zmluvy sa uvádza:

„Predávajúci sa zaväzuje po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie Tovarů zabezpečiť na Tovarů komplexný záručný servis, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje vykonávať technicko bezpečnostné prehliadky v súlade s pokynmi výrobcu Tovarů.“

V rámci Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, článkom IV. odsek 1 Kúpnej zmluvy a článkom IV. odsek 5 Kúpnej zmluvy je nesúlad v stanovení dĺžky záručnej doby (v prvých dvoch dokumentoch je uvedená dĺžka záruky v trvaní 24 mesiacov, v rámci článku IV. ods. 5 Kúpnej zmluvy je uvedená dĺžka záruky 36 mesiacov).

Otázka č.1 : Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či sa v rámci čl. IV. ods. 5 jedná o chybu v písaní?

Odpoveď verejného obstarávateľa 1:

Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu 36 mesiacov. Záručná doba uvedená v článku IV. odsek 5 Prílohy č. 5 súťažných podkladov- Zmluva je správna.



Úprava súťažných podkladov-1:

Z dôvodu administratívnych nedostatkov v Súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odstraňuje verejný obstarávateľ tieto nedostatky nasledovným spôsobom:

- a) Vykonaním úpravy v časti C-Opis predmetu zákazky v bode 2.2.2 a) súťažných podkladov - *FNTN-NZ-6-2019-USG-prístroje-SP-aktualizácia-1*.
- b) Vykonaním úpravy v článku IV.ods.1. Prílohy č. 5 súťažných podkladov - *FNTN-NZ-6-2019-USG_prístroje-SP-p5-zmluva- aktualizácia-1*.
- c) Vykonaním korigendu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v bodoch: *II.1.4, II.2.4 pre časť 1, II.2.4 pre časť 2, II.2.4 pre časť 3, II.2.4 pre časť 4 predmetu zákazky*.

Upravené súťažné podklady a prílohu č. 5 súťažných podkladov verejný obstarávateľ zverejňuje v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4224/summary>

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 02.08.2019 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná verejného obstarávateľa