



Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 05.08.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov - 2
Úprava súťažných podkladov – 2

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Digitálne ultrazvukové prístroje

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie od záujemcov zo dňa 02.08.2019, poskytuje nasledovné vysvetlenie. Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcov.

Otázka 1

V bode 6 Technickej špecifikácie pre časť 2 USG pre angiologické oddelenie sa uvádza:

„Frekvenčný rozsah min. 1,0 až 15 MHz“

Zariadenie ponúkané spoločnosťou XX disponuje frekvenčným rozsahom 1.75-10 MHz.

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať zariadenie s takýmto frekvenčným rozsahom, nakoľko frekvenčné rozsahy požadovaných sond sú v rozpätí 5-10 MHz a 2-6 MHz?

Odpoveď verejného obstarávateľa 1:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať hornú hranicu frekvenčného rozsahu 10 MHz. Pre vaskulárny softvér je horná hranica 10 Mhz nedostatočná, pri vyšetrovaní napr. karotických tepien a veľmi povrchovo uložených varixov sú žiaduce vyššie frekvencie.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len dolnú hranicu od úrovne 2 MHz.

Otázka 2

V bode 49 Technickej špecifikácie pre časť 2 USG pre angiologické oddelenie sa uvádza:

„Softvér pre automat. meranie karotickej intimy a média (IMT)“

Otázka č.2: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či trvá na zaradení tohto parametra do technickej špecifikácie, vzhľadom na skutočnosť, že meranie karotickej intimy a média je možné aj manuálne?

Odpoveď verejného obstarávateľa 2

Áno, trvá. Automatické meranie IMT na karotických tepnách je už dnes považované za bežnú súčasť prístrojov vyššej strednej triedy.



Otázka 3

V bode 6 Technickej špecifikácie pre časť 4 USG pre kliniku pediatrie a neonatológie sa uvádza: „Frekvenčný rozsah min. 1,7 až 18 MHz“

Zariadenie ponúkané spoločnosťou XX disponuje frekvenčným rozsahom v rozpätí 1.3 - 16.0 MHz.

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať zariadenie s takýmto frekvenčným rozsahom, nakoľko frekvenčné rozsahy požadovaných sond sú v rozpätí 2-12 MHz?

Odpoveď verejného obstarávateľa 3

Nie.

Neonatologická časť kliniky pediatrie a neonatológie je centrom pre liečbu predčasne narodených detí a intenzívno-resuscitačným neonatologickým centrom pre celý Trenčiansky kraj. Pravidelne mávame hospitalizované aj deti pod 1000 g.

Z uvedených dôvodov považujeme požiadavku *Frekvenčný rozsah min. 1,7 až 18 MHz* za opodstatnenú pre zobrazenia aj u detí s extrémne nízkou hmotnosťou.

Otázka 4

V bode 47 Technickej špecifikácie pre časť 4 USG pre kliniku pediatrie a neonatológie sa uvádza: „Sektorová sonda novorodenecká 4-10 MHz“

Zariadenie ponúkané spoločnosťou XX disponuje sektorovou novorodeneckou sondou s frekvenčným rozsahom 4.0-8.0 MHz.

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať dodanie takejto sondy?

Odpoveď verejného obstarávateľa 4

Nie.

Neonatologická časť kliniky pediatrie a neonatológie je centrom pre liečbu predčasne narodených detí a intenzívno-resuscitačným neonatologickým centrom pre celý Trenčiansky kraj. Pravidelne mávame hospitalizované aj deti pod 1000 g.

Z uvedených dôvodov považujeme požiadavku na *Sektorovú sondu novorodeneckú 4-10 MHz* za opodstatnenú pre zobrazenia aj u detí s extrémne nízkou hmotnosťou.

Otázka 5

V prílohe č. 2 súťažných podkladov Opis medicínsko-technických parametrov a vlastností pre časť 2 - USG - angiologické vyš. požadujete v riadku č. 6 frekvenčný rozsah min. 1,0 až 15 MHz. Bude verejný obstarávateľ akceptovať prístroj s frekvenčným rozsahom od 1,4 MHz ?

Odpoveď verejného obstarávateľa 5

Verejný obstarávateľ bude akceptovať frekvenčný rozsah od 2 MHz.

Úprava súťažných podkladov-2:

V súlade s vyššie uvedenými odpoveďami na otázku č 1 a 5, verejný obstarávateľ upravuje prílohu č. 2 súťažných podkladov FNTN-NZ-6-2019-USG _prístroje-SP-p2-opis- aktualizácia 1, pre časť 2 predmetu zákazky.

Upravenú prílohu č. 2 súťažných podkladov verejný obstarávateľ zverejňuje v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:



<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4224/summary>

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 05.08.2019 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa