



záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo
FN/ER/2018/57

Vybavuje/Linka
Alena Skočiková
0918 800 051
alena.skocikova@fntn.sk

Trenčín
24.04.2018

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov-1

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Rádiodiagnostické prístroje
Dokument:	Súťažné podklady

Otázka uchádzača -1

V Časti 1 Skiaskopicko- skiagrafický prístroj/sklopna stena s RTG žiaričom nad stolom- riadku c. 40 tabuľky III. Doplnková výbava sa uvádza:


„AEC vertigraf- ano

Dodávatelia RTG techniky štandardne používajú 2 druhy detektorov- pevne inštalovaný s rozmermi min. 40x40 cm, alebo Wifi s rozmermi min. 34x42 cm. V súťažných podkladoch však chýba upresnenie, aký typ detektorov ma byť inštalovaný do vertigrafu.

Otázka: Mohli by sme verejného obstarávateľa poprosiť o špecifikáciu detektora, ktorý ma byť inštalovaný do vertigrafu?

Odpoveď verejného obstarávateľa – 1:

V Časti 1 - Skiaskopicko- skiagrafický prístroj/sklopna stena s RTG žiaričom nad stolom, v Opise technicko-medicínskych parametrov a vlastností v riadku č. 40 tabuľky požadujeme „AEC vertigraf“. Nakoľko plánujeme používať súčasné CR kazety, AEC vertigraf požadujeme bez detektora.


Alena Skočiková
Osoba zodpovedná za procesnú stránku
verejného obstarávania