



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/004440

Vybavuje/linka
Mgr. Hláčik

Bratislava
20.7.2023

Vec

Ručné identifikačné zariadenie –

- I. **vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 2**
- II. **Oznámenie o zmene SP č. 1**

I.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2/Oznámenie o zmene SP č. 1 v zákazke s názvom „**Ručné identifikačné zariadenie**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Otázka č. 1

„Po preštudovaní si opisu predmetu zákazky Tabuľka č.1. Technická špecifikácia predmetu zákazky sme zistili že požiadavky na Ručný Ramanov spektrometer, dokáže splniť až jeden výrobok.

Otázka na Vás je: Z akého dôvodu požadujete aby rozsah knižnice bol na min. 12000 látok pričom z tých 12000 látok je priamo využiteľných možno 10% a zbytok nikdy nebude ani zachytený? Nakoľko väčšina svetových výrobcov okrem jedného dodáva takýto prístroj bežne v rozmedzí od 1500 do 3000 látok v knižnici s tým že je možnosť aktualizácie.

Uvedené spoločnosti dodávajú do viacerých štátov v Európe, Amerike, Ázii, Afrike.

Žiadame verejného obstarávateľa aby upravil kritérium tak aby bolo zrejmé že súťaže sa nemôže zúčastniť iba jedna firma ako "výhradný zástupca", ale súťaž bola postavená transparentne s možnosťou zapojiť sa viacero spoločností s kvalitnými produktami, ktoré sú vo viacerých požiadavkách lepšie ako požadujete.

Navrhujeme upraviť požadovaný rozsah knižnice na 3000 látok s možnosťou aktualizácie a rozširovania knižnice“

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedenej otázky opätovne zanalyzoval znenie súťažných podkladov v danej veci a rozhodol o nasledovnej zmene Prílohy č. 1 k SP – Opis predmetu zákazky:

Pôvodný text:

Rozsah knižnice	min. 12 000 látok s pravidelnou aktualizáciou a rozširovaním
------------------------	--

na nový text:

Rozsah knižnice	min. 3 000 látok s možnosťou aktualizácie a rozširovania knižnice
------------------------	---

II.

Úprava Prílohy č. 1 k SP Opis predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ ďalej v rámci Prílohy č. 1 k SP - Podmienky účasti na základe vlastného rozhodnutia mení:

Pôvodný text:

Vlnová dĺžka laseru	min. 1064 nm
----------------------------	--------------

sa mení na nový text:

Vlnová dĺžka laseru	min. 785 nm
----------------------------	-------------

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie a aktualizovanú prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky, a to zverejnením na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

S ohľadom na vykonané zmeny v súťažných podkladoch sa pôvodne určená lehota na predkladanie ponúk **24.07.2023 do 9:00 hod.** mení na novú lehotu **01.08.2023 do 9:00 hod.**

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa