



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/004439

Vybavuje/linka
Mgr. Hláčik

Bratislava
1.8.2023

Vec

Nákup laboratórných prístrojov a zariadení –

- I. **Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 1**
- II. **Oznámenie o zmene SP č. 1**

I.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1/ Oznámenie o zmene SP č. 1 v zákazke s názvom „**Nákup laboratórných prístrojov a zariadení**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Otázka č. 1

„V rámci predmetnej zákazky chceme položiť nasledovnú otázku.

Verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a tiež v Prílohe č. 3 Štruktúrovaný rozpočet pre časť predmetu zákazky H (Prístroj na zaisťovanie kontaktných biologických stôp), že požaduje dodať 4 kusy z predmetnej položky. Z Opisu predmetu zákazky však nie je jednoznačné čo verejný obstarávateľ považuje za mernú jednotku, resp. aké množstvo spotrebného materiálu požaduje dodať v rámci 1 kusu predmetnej položky.

Príslušné požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky:

„Obsah súpravy: Minimálne 4 ks kompresorová vákuová pumpa“; „Spotrebný materiál k zariadeniu: Minimálne 120 ks vzorkovacích hlavíc“; „Minimálne 80 litrov sterilného roztoku“; „Minimálne 120 ks predlžovacích hadíc“; „Minimálne 80 ks filtrov“; „Minimálne 40 ks filtrov“; „Minimálne 120 ks primárnych filtrov.

Chápeme správne, že požadovaný obsah jednej mernej jednotky je minimálne 1 ks kompresorová vákuová pumpa, minimálne 30 ks vzorkovacích hlavíc, minimálne 20 litrov sterilného roztoku, minimálne 30 ks predlžovacích hadíc, minimálne 20 ks filtrov (0.45 µm), minimálne 10 ks filtrov (0.20 µm), minimálne 30 ks primárnych filtrov? Bolo by možné aby verejný obstarávateľ upresnil mernú jednotku a požiadavky na množstvo spotrebného materiálu v rámci jednej mernej jednotky?“

Odpoveď č. 1

Áno, verejný obstarávateľ požaduje ku každému kusu „Prístroja na zisťovanie kontaktných biologických stôp“ dodať minimálne:

- 1 ks kompresorová vákuová pumpa,
- minimálne 30 ks vzorkovacích hlavíc,
- minimálne 20 litrov sterilného roztoku,
- minimálne 30 ks predlžovacích hadíc,
- minimálne 20 ks filtrov (0.45 µm),
- minimálne 10 ks filtrov (0.20 µm) a
- minimálne 30 ks primárnych filtrov.

S cieľom odstránenia pochybností verejný obstarávateľ mení predmetnú časť prílohy č. 1 SP – Opis predmetu zákazky spôsobom, že množstvá spotrebného materiálu uvádza k jednému kusu Prístroja na zisťovanie kontaktných biologických stôp. Aktualizovanú verziu predmetnej prílohy zároveň uverejňuje na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa