



V Považskej Bystrici dňa 18.07.2023

VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď

Predmet zákazky: „Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica“ – Elektricky polohovateľné lôžka – 24ks

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 131/2023 pod značkou 22161-MST dňa 06.07.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 126-399187 dňa 04.07.2023.

Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Žiadosť doručená dňa 15.07.2023

Znenie žiadosti:

Žiadosť o vysvetlenie bodov v technickej špecifikácii a ich prípadnú úpravu:

Otázky k prílohe s názvom Príloha č.5 SP - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky
1. Bod 2

V bode 2 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „rozmer ložnej plochy min 200x90cm“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „rozmer ložnej plochy min 192x86cm“?

Ide o minimálny rozdiel maximálne 8cm, ktorý nemá vplyv na funkčnosť ani na klinické využitie lôžka.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „rozmer ložnej plochy min 192x86cm“

Odpoveď

Rozmer ložnej plochy min 200x90cm je úplne štandardný rozmer a disponuje ním viacero výrobcov. Z hľadiska jednoduchej výmeny matrace po dobe životnosti je neštandardný rozmer 192x86cm a verejným obstarávateľom neakceptovateľný. Povinnosťou verejného obstarávateľa nie je vyhovieť technickému riešeniu každého uchádzača/výrobcu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom zadaní.

2. Bod 4

V bode 4 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „ložná plocha umiestnená na 2 teleskopických ľahko umývateľných a dezinfikovateľných stĺpoch“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj ekvivalent zdvíhacieho systému, pomocou tzv. nožnicového zdvihu?

Jedná sa o funkčný ekvivalent, ktorý nemá vplyv na funkčnosť a klinické využitie lôžka.



Odpoveď

Ložnou plochou umiestnenou na 2 teleskopických ľahko umývateľných a dezinfikovateľných stĺpoch disponuje viacero výrobcov. Povinnosťou verejného obstarávateľa nie je vyhovieť technickému riešeniu každého uchádzača/výrobcu. Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom zadaní.

3. Bod 8

V bode 8 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „elektrické polohovanie: zdvih ložnej plochy v rozsahu min. 40 – 76 cm“ .

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „elektrické polohovanie: zdvih ložnej plochy v rozsahu min. 41 – 76 cm“?

Jedná sa o minimálny rozdiel 1cm v spodnej hranici rozsahu zdvihu, ktorý nemá vplyv na funkčnosť a klinické využitie.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „elektrické polohovanie: zdvih ložnej plochy v rozsahu min. 41 – 76 cm“.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ bude akceptovať znenie „elektrické polohovanie: zdvih ložnej plochy v rozsahu min. 41 – 76 cm“.

4. Bod 10

V bode 10 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „trendelenburgova a antitrendelenburgova poloha min. 15 stupňov elektromotorom“ .

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „trendelenburgova a antitrendelenburgova poloha min. 14 stupňov elektromotorom“?

V praxi, v tomto prípade rozdiel 1° nemá preukázaný vplyv na klinické využitie.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „trendelenburgova a antitrendelenburgova poloha min. 14 stupňov elektromotorom“

Odpoveď

Verejný obstarávateľ bude akceptovať znenie „trendelenburgova a antitrendelenburgova poloha min. 14 stupňov elektromotorom“.

5. Bod 11

V bode 11 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „možnosť predĺženia ložnej plochy o min. 30 cm“ .

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „možnosť predĺženia ložnej plochy o min. 28 cm“ ?

Jedná sa o možnosť predĺženia, ktoré sa v praxi využíva zriedka, o minimálny rozdiel 2cm, ktorý nemá vplyv na funkčnosť a klinické využitie.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „možnosť predĺženia ložnej plochy o min. 28 cm. “



Odpoveď

Verejný obstarávateľ bude akceptovať znenie „možnosť predĺženia ložnej plochy o min. 28 cm.“.

6. Bod 13

V bode 13 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „patientský ovládač - ľahko odpojiteľný, s integrovaným LED svetlom, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť zároveň blokovateľný pre jednotlivé polohy samostatne. Bez možnosti nastavenia CPR“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „patientský ovládač - ľahko odpojiteľný, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť zároveň blokovateľný pre jednotlivé polohy samostatne. Bez možnosti nastavenia CPR“ ?

Integrované LED svetlo nemá vplyv na funkčnosť a klinické využitie lôžka.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „patientský ovládač - ľahko odpojiteľný, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť zároveň blokovateľný pre jednotlivé polohy samostatne. Bez možnosti nastavenia CPR“.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ bude akceptovať znenie „patientský ovládač - ľahko odpojiteľný, polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu, autokontúry. Ručný ovládač musí byť zároveň blokovateľný pre jednotlivé polohy samostatne. Bez možnosti nastavenia CPR“.

7. Bod 18

V bode 18 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „farebné výplne čiel – výber minimálne zo 6 farieb“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať podmienku v znení „farebné výplne čiel – výber minimálne z 5 farieb“.

Parameter pre výber počtu farieb nie je opodstatnený, nemá vplyv na funkčnosť a využitie.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „znení „farebné výplne čiel – výber minimálne z 5 farieb“.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ bude akceptovať znenie „farebné výplne čiel – výber minimálne z 5 farieb“.

Súčasne verejný obstarávateľ na základe vybavenej žiadosti upravil súťažné podklady v Prílohe č.5 Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. Upravené časti sú zvýraznené červeným textovým poľom.