



**Všetci uchádzači zaradení do zriadeného
dynamického nákupného systému ID: 36478**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004579-002

Vybavuje/linka
Mgr. Mihaldová /+421250944542

Bratislava
23.08.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Fotopristroje a príslušenstvo**“, ktoré je realizované v rámci dynamického nákupného systému „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“.

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje v dokumente: „Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia“ v bode č.11 pre položku č.2 nasledovné, modelovacie svetlo s výkonom min. 300W.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj LED modelovacie svetlo s výkonom 60W ako ekvivalent technológie halogénového svetla 300W, pričom aj výrobca uvádza ako ekvivalent 60W LED svetlo ku 300W halogénovému svetlu?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v tejto časti **nemí** súťažné podklady a pri položke č. 2 *Zábleskové svetlo* trvá na parametroch, ktoré stanovil v prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia“.

S pozdravom

.....
Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR