



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-3019/OVO-843/23/Du

v Martine, dňa:
07.08.2023

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií k nadlimitnej zákazke „**Endoskopická technika - tenký intubačný bronchoskop**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 14.07.2023 pod číslom 2023/S 134-423746 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 139/2023 zo dňa 17.07.2023 pod označením 23291-MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku s priemerom na distálnom konci 4,2 mm.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení minimálneho technicko-medicínskeho parametru, t.j. „2. Vonkajší rozmer na distálnom konci od 3,4 mm do 3,8 mm“
Dotazovaný rozmer endoskopu nie je vhodný pre niektoré typy dvojluminových intubačných kanýl.

S pozdravom

.....
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA
riaditeľ UNM