



V Trenčíne, dňa 06.09.2023

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3

### Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Nemocničné lôžka pre FN Trenčín</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	§ 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov predloženej v nie dobre čitateľnom formáte .pdf, a následne v čitateľnom formáte .doc., poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

### Otázka 3-1

Na základe vyhláseného verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2023 pod značkou 27599-MST na predmet zákazky : „Nemocničné lôžka pre FN Trenčín“, Referenčné číslo: FNTN-2023-07-NZ- Nemocničné lôžka pre FN Trenčín, Vám zasielame žiadosť o vysvetlenie k nasledovnému :

**Časť C. Opis predmetu zákazky** : Obstarávateľ požaduje v prílohe č.1 súťažných podkladoch minimálne vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.

Uchádzač žiada obstarávateľa o **vysvetlenie k časti č.2 Stretcher s RTG ložnou plochou**, či bude akceptovať aj predloženie ponuky s nasledovnými hodnotami parametrov ponúkaného zariadenia, nakoľko zmena by sa týkala položiek : 1,2,3,8,9,11,12,13,14,16,18,19,20,21,26, pričom pri ostatných položkách požadované hodnoty parametrov ponúkaného zariadenia budú splnené (áno):

	por.č.	technický parameter	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Transportné lôžko 1	1	Stretcher v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52	Emergo = EN 60601-1:2006 + A1: 2013
	2	Maximálne vonkajšie rozmery stretcheru min. 218 x 89 cm	Emergo 6270 - 207,50cm x 75cm
	3	Veľkosť ložnej plochy min. 66 x 190 cm	Emergo: 65 x 195cm (šírka matrace)
	8	Výška bočníc minimálne 35 cm nad povrchom ložnej plochy	29,4 cm
	9	Dvojdielna ložná plocha na minimálne 2 teleskopických stĺpoch	neobsahuje teleskopické stĺpce
	11	Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 85°	0-70 stupňov
	12	Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne ±17°	14° / 7°
	13	Hydraulický zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 57 - 86 cm, ovládacie pedály po oboch stranách stretcheru	nastavenie výšky 62,50cm - 99,50cm
	14	Ložná plocha RTG transparentná, kompatibilná pre C rameno a s držiakom RTG kazety - univerzálna veľkosť	RTG áno, nie je kompatibilné s C ramenom



16	Piate centrálné koliesko ovládané centrálnymi pákami bázd pre ľahký transport a manipuláciu, odpružené - musí zaisťovať dokonalú adhéziu k podlahe a jeho zdvih odpruženia musí bez problémov prekonať podľa noriem nerovnosť o výške minimálne 40 mm	má 5 koliesko
18	Vertikálny držiak na umiestnenie kyslíkovej fľaše	neobsahuje
19	Lišta na príslušenstvo po stranách stretcheru	K dispozícii je košík na príslušenstvo a koľajnička na príslušenstvo
20	Uhlomery náklonu chrbtového dielu a náklonu ložnej plochy	uhlomery nie sú súčasťou
21	Bezpečné pracovné zaťaženie min. 315 kg	225kg
26	Komfortný odnímateľný matrac pre dlhší pobyt pacienta na stretcher, kombinácia minimálne 2 pier s vodovzdorným paropriepustným antistatickým poťahom, výška minimálne 10 cm; nosnosť matraca min. 250 kg	Hygienický antistatický matrac visco-elastick 100 mm odolný voči opotrebeniu a roztrhnutiu

### Odpoveď 3-1:

1. K bodu č.1: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať požiadavku na zmenu požadovanej platnej normy.
2. K bodu č.2: Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na maximálne vonkajšie rozmery stretcheru na minimálne 210 x 81 cm.
3. K bodu č.3: Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na veľkosť ložnej plochy min. 65 x 190 cm.
4. K bodu č.8: Verejný obstarávateľ nebude akceptovať požiadavku na zmenu výška bočnic a trvá na svojej požiadavke – výške bočnic minimálne 35 cm nad povrchom ložnej plochy.
5. K bodu č.9: Verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke „Dvojdielna ložná plocha na minimálne 2 teleskopických stĺpoch“.
6. K bodu č.11: Verejný obstarávateľ bude v danom bode akceptovať zníženie parametra v nasledovnom znení „Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 75°“.
7. K bodu č.12: Verejný obstarávateľ bude v danom bode akceptovať zníženie parametra v nasledovnom znení „Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne  $\pm 14^\circ$ “.
8. K bodu č.13: Verejný obstarávateľ upravuje parameter na stretcher s hydraulickým zdvihom ložnej plochy v rozsahu minimálne 58 – 86 cm s ovládacími pedálmi po oboch stranách stretcheru.
9. K bodu č.14: Verejný obstarávateľ trvá na požadovanom parametri v rovnakom znení.
10. K bodu č.16: Verejný obstarávateľ trvá na požadovanom parametri v rovnakom znení.
11. K bodu č.18: Verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie ponuky s vertikálnym alebo horizontálnym držiakom na umiestnenie kyslíkovej fľaše. Nebude však akceptovať ponuku bez požadovaného držiaka.



12. K bodu č.19: Verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke „Lišta na príslušenstvo po stranách stretcheru“.

13. K bodu č.20: Verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie ponuky na stretcher bez uhlomerov.

14. K bodu č.21: Verejný obstarávateľ trvá na požadovanom parametri v rovnakom znení.

15. K bodu č.26: Verejný obstarávateľ trvá na požadovanom parametri v rovnakom znení.

### Otázka 3-2

Uchádzač žiada obstarávateľa o vysvetlenie **k časti č.4 Vyšetrovacie lehátko**, či bude akceptovať aj predloženie ponuky s nasledovnými hodnotami parametrov ponúkaného zariadenia, nakoľko zmena by sa týkala položiek : 1,2,3,5,6 pričom pri ostatných položkách požadované hodnoty parametrov ponúkaného zariadenia budú splnené (áno):

	por.č.	technický parameter	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Vyšetrovacie lehátko	1	Výška ložnej plochy	4040X ; nastavenie výšky: 40-95cm
	2	Polohovateľný podhlavník pomocou plynovej pružiny v rozsahu	nastavenie chrbtovej časti; 0-73°
	3	Rozmery ložnej plochy	dĺžka ložnej plochy: 200cm šírka ložnej plochy: 70cm
	4	Farebné prevedenie - kostra	biela
	5	Farebné prevedenie - koženka	4 štandardné + 5 za príplatok
	6	Nosnosť	SWL 210 kg

### Odpoveď 3-2:

1. K bodu č.1: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na úpravu výšky ložnej plochy v navrhovanom rozmedzí 40 – 95 cm.

2. K bodu č.2: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na úpravu nastavenia chrbtovej časti v rozmedzí 0 – 73°.

3. K bodu č.3: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na úpravu rozmeru ložnej plochy 200 x 70 cm.

4. K bodu č.4: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na bielu farbu.

5. K bodu č.5: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na úpravu farebného prevedenia na 4 štandardné farby.

6. K bodu č.6: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na úpravu nosnosti na 210 kg.



### Otázka 3-3

Uchádzač žiada obstarávateľa o vysvetlenie **k časti č.5 Vyšetrovacie lehátko so zdvihom**, či bude akceptovať aj predloženie ponuky s nasledovnými hodnotami parametrov ponúkaného zariadenia, nakoľko zmena by sa týkala položky : 3, pričom pri ostatných položkách požadované hodnoty parametrov ponúkaného zariadenia budú splnené (áno):

	por.č.	technický parameter	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
lehátko so zdvihom	3	Polohovateľný podhlavník pomocou plynovej pružiny v rozsahu	nastavenie chrbtovej časti; 0-73°

Zároveň sa uchádzač pýta, či je naozaj reálna požadovaná hodnota technického parametra **min. -70°** (záporná hodnota) až +50°, ktorú obstarávateľ uvádza v technickej špecifikácii opisu predmetu zákazky ?

### Odpoveď 3-3:

1. K bodu č.3: Verejný obstarávateľ bude akceptovať požiadavku na úpravu polohovateľného podhlavníka pomocou plynovej pružiny v rozsahu v navrhovanom rozmedzí 0 – 73°.

### Otázka 3-4

Uchádzač žiada obstarávateľa o vysvetlenie **k časti č.6 Pôrodné lôžko**, či bude akceptovať aj predloženie ponuky s nasledovnými hodnotami parametrov ponúkaného zariadenia, nakoľko zmena by sa týkala položky : 12,17,18,19,21,23,27,30,32,33, pričom pri ostatných položkách požadované hodnoty parametrov ponúkaného zariadenia budú splnené (áno):

	por.č.	technický parameter	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Pôrodné lôžko	12	Celková šírka vrátane bočníc	Optima 4-motory 1000mm
	17	Uhol nastavenia podnožného dielu	4-motory 0 - 16°
	18	Uhol nastavenia chrbtového dielu	4-motory 0 - 75°
	19	Uhol nastavenia sedacieho dielu	nie
	21	Integrovaný ovládací panel na oboch stranách chrbtového dielu s ovládacími prvkami (el. ovládanie – výšky ložnej plochy, nastavenie chrbtového a sedacieho dielu, poloha Trendelenburg)	obsahuje ovládací panel patientsky a ovládací panel pre zdravotnícky personál, no nie je integrovaný
	23	Pár odklopných bočných zábran, neodnímateľných, s integrovaným ovládacím panelom – el. ovládanie výšky ložnej plochy a náklonu chrbtového dielu	obsahuje ovládací panel patientsky , no nie je integrovaný
	27	Ekvipotenciálová svorka	neobsahuje
	30	Možnosť farebného prevedenia čalúnenia minimálne v 4 farbách	výrobca neponúka takýto prevedenie
	32	Miska nerezová, odnímateľná, na otočnom držiaku, objem minimálne 4 litre	výsuvné umývadlo s miskou 12l



	33 Podpery nôh, deliteľné prevedenie L/P	podpora nôh, ale bez deliteľného prevedenia
--	--	---

### Odpoveď 3-4:

K časti č.6 Pôrodné lôžko: Verejný obstarávateľ nemôže akceptovať ponuku, ktorá neobsahuje uhol nastavenia sedacieho dielu, nerezovú misku, len výsuvné umývadlo, neintegrovane ovládacie panely a deliteľné podpery nôh. Takáto ponuka je pre verejného obstarávateľa neakceptovateľná.

S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa