



V Trenčíne, dňa 06.09.2023

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 4

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Nemocničné lôžka pre FN Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	§ 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 4-1

Otázky k prílohe s názvom „FNTN-2023-07-NZ-Nemocnicne lozka pre FN Trencin-SP-p1-Opis a Cena“

1. Časť 2 Stretcher s RTG ložnou plochou

V bode 2 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „Maximálne vonkajšie rozmery stretcheru min. 218 x 89 cm“ .

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „Maximálne vonkajšie rozmery stretcheru min. 210 x 81 cm“?

Ide o rozdiel, ktorý nemá vplyv na funkčnosť ani klinické využitie, menšie rozmery zaručujú lepšie manévrať s lôžkom v stiesnených priestoroch.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „Maximálne vonkajšie rozmery stretcheru min. 210 x 81 cm“

2. V bode 3 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „ Veľkosť ložnej plochy min. 66 x 190 cm“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „Veľkosť ložnej plochy min. 65,5x 190 cm“?

Minimálny rozdiel 0,5cm nemá vplyv na klinické využitie lôžka.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „Veľkosť ložnej plochy min. 65,5x190 cm“

3. Bod 11

V bode 11 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 85° “ .

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 75° “?

Z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový 0 - 75°“.



4. Bod 12

V bode 12 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne $\pm 17^\circ$ “.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne $\pm 14^\circ$ “?

Ide o rozdiel 3° , ktorý nemá preukázaný vplyv na klinické využitie.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „Hydraulický náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne $\pm 14^\circ$ “

5. Bod 13

V bode 13 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „Hydraulický zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 57 - 86 cm, ovládacie pedály po obidvoch stranách stretcheru“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „Hydraulický zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 58 - 86 cm, ovládacie pedály po obidvoch stranách stretcheru“ ?

Minimálny rozdiel 1cm v spodnej hranici rozsahu zdvíhu nemá vplyv na klinické využitie lôžka.

Na základe uvedeného a z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „Hydraulický zdvih ložnej plochy v rozsahu minimálne 58 - 86 cm, ovládacie pedály po obidvoch stranách stretcheru“

6. Bod 17

V bode 17 uviedol verejný obstarávateľ podmienku v znení „2x integrovaný (tj. neodoberateľný) výsuvný alebo sklopný infúzny stojan pri hlave pacienta“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať znenie „2x infúzny stojan pri hlave pacienta“ ?

Z dôvodu umožnenia účasti v súťaži viacerých uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o zmenu parametra: „2x infúzny stojan pri hlave pacienta“

Odpoveď 4-1:

Časť 2 Stretcher s RTG ložnou plochou

1. K bodu č.2: Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na maximálne vonkajšie rozmery stretcheru na minimálne 210 x 81 cm.

2. K bodu č.3: Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na veľkosť ložnej plochy min. 65 x 190 cm.

3. K bodu č.11: Verejný obstarávateľ bude v danom bode akceptovať znenie „Uhly polohovateľných dielov minimálne – chrbtový $0 - 75^\circ$ “

4. K bodu č.12: Verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie ponuky na stretcher s hydraulickým sklonom do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy minimálne $\pm 14^\circ$.

5. K bodu č.13: Verejný obstarávateľ bude akceptovať predloženie ponuky na stretcher s hydraulickým zdvihom ložnej plochy v rozsahu minimálne 58 – 86 cm s ovládacími pedálmi po obidvoch stranách stretcheru.



6. K bodu č.17: Verejný obstarávateľ bude v danom bode akceptovať znenie „2x infúzny stojan pri hlave pacienta“.

S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa