



V Trenčíne, dňa 25.08.2023

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2

Označenie verejného obstarávania:

| | |
|----------------------|---|
| Verejný obstarávateľ | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín |
| Predmet zákazky: | Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou |
| Typ zákazky: | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru |
| Postup | § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie |

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 2-1

1.Verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 SP požaduje v bodoch 20., 48., 75., „meranie respirácie v rozsahu min. 0-180 dych/min.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozsah respirácie:

- dospelý 0-120 dych/min,
- deti 0-150 dych/min

Odôvodnenie: štandardné maximálne hodnoty respirácie pri monitoroch vitálnych funkcií sú:

- 0-120 dych/min- dospelý
- 0-150 dych detí
- Pri normálnom dýchaní u dospelých je počet dych/min 16-20
- Deti 20
- Novorodenec 40-60

Odpoveď 2-1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať rozsah respirácie:

- dospelý 0-120 dych/min,
- deti 0-150 dych/min.

Otázka 2-2

2.Verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 SP požaduje v bodoch 27., 55., - rozsah merania invazívneho tlaku hodnoty -50mmHg – 320mmHg

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozsah merania invazívneho tlaku od - 50mmHg – 300mmHg?

Odôvodnenie: štandardné maximálne hodnoty merania invazívnych tlakov pri monitoroch vitálnych funkcií sú od -50mmHg – 300mmHg.



Odpoveď 2-2:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať rozsah merania invazívneho tlaku od -50mmHg – 300mmHg.

Otázka 2-3

3. Verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 SP požaduje v bodoch 102., 124., - prehľadný dotykový displej s uhlopriečkou minimálne 5,5“ a maximálne 7“.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať prehľadný dotykový displej s uhlopriečkou 5“?

Odôvodnenie: 5“ je dostatočná veľkosť displeja pre kvalitné odčítanie údajov na displeji.

Odpoveď 2-3:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku s prehľadným dotykovým displejom s uhlopriečkou 5“, nakoľko má za to, že nebude mať výrazný vplyv na kvalitu zobrazenia parametrov.

S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa