



V Trenčíne, dňa 15.08.2023

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 1

---

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	§ 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

**Otázka 1-1**

Dobrý deň,  
bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku s monitorom vitálnych funkcií v častiach kde požaduje 39 cm uhlopriečku aj monitor s uhlopriečkou 38 cm?

**Odpoveď 1-1:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku s monitorom vitálnych funkcií v častiach kde požaduje 39 cm uhlopriečku aj monitor s uhlopriečkou 38 cm.

S pozdravom

Ing. Miroslav Pitek, BSBA  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa