



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004812-004

Vybavuje/linka
PaedDr. Rybárik / 445 91

Bratislava
02.11.2023

Vec:

Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v Prehľade systému JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky „**Plán obnovy 5_Ručný 3D skener**“, zadanej v rámci dynamického nákupného systému „IKT zariadenia DNS“.

Otázka č.1

„V požadovanej technickej špecifikácii je uvedená batéria $\leq 16\,000$ mAh. Je možné dodať batériu s vyššou kapacitou, čo pri batérii znamená dlhšiu dobu prevádzky a teoretické dodanie väčšej batérie teda nie je nevýhoda, ale naopak prednosť.“

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ akceptuje pripomienku záujemcu pri zachovaní všetkých ostatných vymienených technických parametrov položky a upravuje znenie v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky - Vlastný návrh plnenia pri Položke č.1 – Ručný 3D skener so štruktúrovaným svetlom s príslušenstvom. Verejný obstarávateľ upravuje znenie parametra **Batéria**: nasledovne:

Batéria sa požaduje len v prípade, že dodávaný 3D skener používa batériu a zároveň je táto batéria kompatibilná s ponúkaným 3D skenerom. Odpoveď uchádzača „Áno“ označuje, že ním dodaný 3D skener disponuje kompatibilnou batériou s takýmto 3D skenerom v počte 8 kusov batérie $\geq 16\,000$ mAh. Odpoveď uchádzača „Nie“ označuje, že ním dodaný skener nepoužíva vôbec ako napájanie batériu.

a

znenie špecifikácie parametra **Batéria**: nasledovne:

V prípade 3D skenera, ktorý je napájaný cez batériu, ktorá je kompatibilná s 3D skenerom je **požadované množstvo batérií 8 kus** s výkon batérie $\geq 16\,000$ mAh.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ v súlade § 21 ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ mení pôvodne stanovené lehoty uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a upravuje lehoty v rámci konkrétneho obstarávania nasledovne:

Lehota - Predloženie ponuky

Pôvodná hodnota : "06.11.2023 12:30:00"

Nová hodnota : "13.11.2023 12:30:00"

Lehota - Otváranie ponúk

Pôvodná hodnota : "06.11.2023 13:30:00"

Nová hodnota : "13.11.2023 13:30:00"

Nová verzia výzvy na predkladanie ponúk je zverejnená na prehľade v systéme JOSEPHINE, v rámci predmetnej zákazky:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45705/summary>

Verejný obstarávateľ si zároveň dovoľuje informovať záujemcov, že pre predloženie ponuky záujemcu do konkrétnej DNS zákazky je nutné, aby bol takýto záujemca najskôr zaradený do dynamického nákupného systému IKT zariadenia DNS, ID zákazky v JOSEPHINE 19581.

Bližšie informácie sú uvedené na linku <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19581/summary>

S úctou

.....
Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ

odboru verejného obstarávania

Sekcia ekonomiky MV SR

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky - Vlastný návrh plnenia