

Protokol o prevzatí a odovzdaní zariadení

Predmet:	1. časť - Laminárny box pre prípravu SPECT rádiofarmák na pracovisku INMM Banská Bystrica		
Zmluva/objednávka č.:	Kúpna zmluva č. 452/2020	Zo dňa:	12.02.2020

Kupujúci:	Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Adresa sídla:	Rastislavova 43, P. O. BOX E-23, 042 53 Košice
Predávajci:	LYNAX s.r.o.
Adresa sídla:	Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6

Predmet dodávky:	<p>1. Zariadenie: Laminárny box pre prípravu SPECT rádiofarmák Katalógové číslo: MB 120 Výrobné číslo:20-03-4A..... Výrobca: LYNAX s.r.o.</p> <p>2. Zariadenie: Kalibrátor dávok BQMETR8 integrovaný v laminárnom boxe Výrobné číslo:sn 20..... Výrobca: BMQ-Ing. Zdeněk Dutka</p> <p>podľa technických špecifikácií uvedených v Kúpnej zmluve č. 452/2020. Súčasťou predmetu dodávky je doprava do miesta dodania, inštalácia zariadenia, spustenie zariadenia do prevádzky, odskúšanie a zaškolenie personálu na obsluhu zariadenia, odovzдание potrebných dokladov.</p>
-------------------------	--

Dátum prevzatia:9.7.2020.....
-------------------------	--------------------


Miesto odovzdania:	Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica
---------------------------	--

K zariadeniu bola dodaná nasledovná dokumentácia:	OSVĚDČENÍ O PROVEDENÍ KVALIFIKAČNÍHO MĚŘENÍ CERTIFIKÁTY O OVERENÍ (03004-610-044-20 A 03289-610-044-20) MANUÁL K OBSLUZE, NÁVOD K POUŽÍTÍ
--	---

Vyjadrenie zmluvných strán:	Zariadenie bolo odovzdané v rozpore s Kúpnuou zmluvou č. 452/2020 zo dňa 12.02.2020 (ďalej len „zmluva“) s vadou, ktorá nebráni užívaniu predmetu zmluvy. Kalibrátor dávok nemá platné metrologické overenie pre meranie aktivity nasledovných nuklidov: 111In, 90Y, 177Lu, 51Cr, 57Co. V zmysle Článku 12. bod 4. písm. c) zmluvy tým došlo k podstatnému porušeniu zmluvy. V zmysle Článku 7. bod 3. zmluvy má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu.
------------------------------------	--

<p>Na dokončenie zostáva / námietky / pripomienky:</p>	<p>Odstrániteľné vady, ktoré nebránia užívaniu predmetu zmluvy: Kalibrátor dávok nemá platné metrologické overenie pre meranie aktivity nasledovných nuklidov: 111In, 90Y, 177Lu, 51Cr, 57 Co.</p> <p>Lehota a spôsob odstránenia väd: Lehota odstránenia väd je do konca kalendárneho roka 2020.</p> <p>Spôsob odstránenia väd: Predávajúci zabezpečí celý proces potrebný na to, aby kalibrátor dávok mal platné metrologické overenie pre nuklidy: 111In, 90Y, 177Lu, 51Cr, 57 Co tak, aby legislatívne spĺňal náležitosti určeného meradla. Predávajúci uhradí všetky náklady súvisiace s predmetným procesom.</p>
<p>Schvaľovacia doložka:</p>	<p>Na základe tohto preberacieho protokolu je spoločnosť LYNAX s.r.o. oprávnená fakturovať sumu v zmysle Kúpnej zmluvy č. 452/2020 zo dňa 12.02.2020.</p>

<p>Záruka:</p>	<p>Dňom odovzdania a prevzatia začína plynúť 24 mesačná záručná doba predmetu dodávky. Tento protokol zároveň slúži ako záručný list.</p>
-----------------------	---

Dátum	Meno	Podpis
<p>16.7.2020</p>	<p>MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA riaditeľ Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny za Kupujúceho</p>	<p>INŠT A MOLE RASTISI</p> 
<p>12.8.2020</p>	<p>Jirí Kvátě jednatel za Predávajúceho</p>	